



## A-400 ALPHA 1-ANTITRYPSIN

Nr kat. **7-422**

(PL)

### ZASTOSOWANIE

Zestaw diagnostyczny do oznaczania stężenia  $\alpha$ -1-antitrypsyny, przeznaczony do wykonywania oznaczeń na automatycznym analizatorze BS-400. Odczynniki powinny być stosowane do badań diagnostycznych *in vitro*, przed odpowiednio przeszkolony personel, tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, w odpowiednich warunkach laboratoryjnych.

### WPROWADZENIE

$\alpha$  1-antitrypsyna jest białkiem ostrej fazy posiadającym aktywność anti-proteazową. Główną funkcją tego białka jest neutralizacja lisosomalnej elastazy uwalnianej podczas fagocytzy przez granulocyty. Dziedziczone deficyty tego białka związane są z chorobami płuc i wątroby. Niskie poziomy spotykane są w zespole zaburzeń oddechowych u noworodków oraz podczas cięzkich zaburzeń rozkładu białek. Wzrost poziomu jest bardziej powszechny, np.: podczas przebiegu ostrej fazy.

### ZASADA METODY

Obecna w próbie  $\alpha$  1-antitrypsyna reaguje ze swoistymi przeciwciałami anti- $\alpha$  1-antitrypsynowymi powodując powstawanie kompleksów immunologicznych. Przyrost absorbancji po dodaniu antysurowicy jest wprost proporcjonalny do stężenia  $\alpha$  1-antitrypsyny w próbce.

### ODCZYNNIKI

#### Skład zestawu

1-Reagent	1 x 32,5 ml
2-Reagent	1 x 8,5 ml

Ilości testów BS-400 140

Bufor (1-Reagent) oraz antysurowica (2-Reagent) przechowywana w temp. 2-8°C zachowują trwałość do daty ważności podanej na opakowaniu.

### Składniki odczynnika

**1-Reagent:** bufor TRIS, polimer, sól nieorganiczna, konserwant.

**2-Reagent:** surowica anti- $\alpha$  1-antitrypsynowa, bufor, sól nieorganiczna, konserwant.

### Ostrzeżenia i uwagi

- Chrońić przed bezpośrednim światłem słonecznym i zanieczyszczeniem!
- Odczynniki przechowywać zamknięte.
- Nie zamrażać odczynników.
- Nanocząstki obecne w odczynniku mogą z czasem osiąadać na dnie pojemnika. W razie konieczności odczynnik należy wymieszać poprzez delikatne obracanie.
- Odczynniki zawierające składniki pochodzenia ludzkiego przetestowano na obecność HBsAg oraz przeciwciało anti-HCV, anti-HIV 1 i anti-HIV 2 z wynikiem ujemnym. Niemniej jednak należy traktować je jako materiał potencjalnie zakaźny.

Odtwarzalność (day to day) n = 66	Średnia [mg/dl]	SD [mg/dl]	CV [%]
poziom 1	59,3	0,96	1,61
poziom 2	117,9	1,48	1,25
poziom 3	177,2	2,82	1,59

### Porównanie metod

Porównanie zestawu firmy CORMAY (y) z ogólnie dostępnym zestawem komercyjnym (x), z użyciem co najmniej 30 próbek, dało następujące wyniki:  
 $y = 1,05x - 0,02 \text{ mg/dl}$ ;

$$R = 0,994 \quad (\text{R} - \text{współczynnik korelacji})$$

### UTYLIZACJA ODPADÓW

Postępować zgodnie z aktualnymi przepisami.

### LITERATURA

- Pesce A.J., Kaplan L.A.: Methods in Clinical Chemistry., 962-965, (1996).
- Bergstrom, K. & Lefvert, A.K.: Scand.J.clin.Lab.Invest. 40 (1980) 637.
- Alan H.B. Wu, ed.: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. W.B. Saunders Company., 138, (2006).
- Tietz Textbook of Clinical Chemistry, W.B. Saunders, Philadelphia, (1994).
- Roitt, I.: Essential Immunology, Blackwell, Oxford, (1991).
- Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations & Stability of blood, plasma and serum samples. Publication WHO/DIL/LAB/99.1 Rev. 2. Jan. 2002.

Data wydania: 10.2020.

### WARTOŚCI PRAWIDŁOWE<sup>3</sup>

	mg/dl	g/l
noworodki	145 - 270	1,45 - 2,70
dorośli	78 - 200	0,78 - 2,00
> 60 r. z.	115 - 200	1,15 - 2,00

Zalecane jest opracowanie przez każde laboratorium własnych zakresów wartości prawidłowych charakterystycznych dla lokalnej populacji.

### KONTROLA JAKOŚCI

W celu wewnętrznej kontroli jakości do każdej serii oznaczeń należy dołączać surowice kontrolne CORMAY IMMUNO-CONTROL III (Nr kat. 4-291).

Do kalibracji analizatorów automatycznych należy stosować CORMAY IMMUNO-MULTICAL (Nr kat. 4-287). Jako kalibrator 0 należy użyć 0,9% NaCl.

Krzywa kalibracyjna powinna być sporządzana przy każdej zmianie serii odczynnika lub w razie potrzeby np. jeśli wartości oznaczenia surowic kontrolnych nie mieszczą się w wyznaczonym zakresie.

### CHARAKTERYSTYKA OZNACZENIA

Podane niżej rezultaty uzyskano używając analizatora automatycznego Hitachi. W przypadku przeprowadzenia oznaczenia na innym analizatorze lub manualnie otrzymane wyniki mogą różnić się od podanych.

#### LOQ: 0,685 mg/dl

Liniowość: do 350 mg/dl.

#### Interferencje:

Hemoglobina do 0,32 g/dl, bilirubina do 29,5 mg/dl, triglicerydy do 1669,5 mg/dl, heparyna do 0,5 g/l, fluorek sodu do 4 g/l, EDTA do 5 g/l oraz cytrynian sodu do 5 g/l nie wpływają na wyniki oznaczenia.

#### Precyza

Powtarzalność (run to run) n = 30	Średnia [mg/dl]	SD [mg/dl]	CV [%]
poziom 1	58,3	0,65	1,12
poziom 2	117,7	1,01	0,85
poziom 3	176,7	1,97	1,11

## A-400 ALPHA 1-ANTITRYPSIN

Cat. No **7-422**

(EN)

### INTENDED USE

Diagnostic kit for determination of  $\alpha$  1-antitrypsin concentration used in automatic analyser BS-400. The reagents must be used only for *in vitro* diagnostic, by suitably qualified laboratory personnel, only for the intended purpose, under appropriate laboratory conditions.

### INTRODUCTION

$\alpha$  1-antitrypsin is an acute phase protein showing anti-protease activity. The main function of this protein consists in neutralising lysosomal elastase released upon phagocytosis by polymorphonuclear leukocytes. Inherited deficiency of the protein is associated with lung and liver diseases. Low levels are encountered in neonatal respiratory distress syndrome and in severe protein losing disorders. Increased levels are more common, particularly during the acute phase.

### METHOD PRINCIPLE

The  $\alpha$  1-antitrypsin presents in a sample form with the specific antibody an immunological complex. The increase of turbidity after the addition of antiserum measured is proportional to  $\alpha$  1-antitrypsin concentration in the sample.

### REAGENTS

#### Package

1-Reagent	1 x 32.5 ml
2-Reagent	1 x 8.5 ml

Buffer (1-Reagent) and antiserum (2-Reagent) stored at 2-8°C are stable until expiry date printed on the package.

### Reagent components

**1-Reagent:** TRIS buffer, polymer, inorganic salt, preservative.

**2-Reagent:** anti-human  $\alpha$  1-antitrypsin antiserum, buffer, inorganic salt, preservative.

### Warnings and notes

- Protect from direct sunlight and avoid contamination!
- Store closed.
- Do not freeze the reagents.
- Nanoparticle-based reagents can settle over time. It may be necessary to delicately mix by repeated turning.
- Human-origin products have been tested for HBsAg and antibodies to HIV 1, HIV 2, HCV and found to be non-reactive. However this material should be handled as potentially infectious.
- Please refer to the MSDS for detailed information concerning safe storage and use of the product

### SPECIMEN<sup>3</sup>

Serum or plasma (EDTA).

Sample may be stored up to 24 hours at 20-25°C, up to 7 days at 4-8°C or up to 3 months at -70°C. Nevertheless it is recommended to perform the assay with freshly collected samples!

A-400 ALPHA 1-ANTITRYPSIN

51\_03\_01\_005\_02



### PROCEDURE

1-Reagent and 2-Reagent are ready to use.  
 For reagent blank 0.9% NaCl is recommended.

### REFERENCE VALUES<sup>3</sup>

	mg/dl	g/l
newborns	145 - 270	1.45 - 2.70
adults	78 - 200	0.78 - 2.00
> 60 year	115 - 200	1.15 - 2.00

It is recommended for each laboratory to establish its own reference ranges for local population.

### QUALITY CONTROL

For internal quality control it is recommended to use with each batch of samples the CORMAY IMMUNO-CONTROL III (Cat. No 4-291).

For the calibration of automatic analysers systems the CORMAY IMMUNO-MULTICAL (Cat. No 4-287) is recommended. As a 0 calibrator 0.9% NaCl should be used.

The calibration curve should be prepared with every change of reagent lot number or as required e.g. quality control findings outside the specified range.

### PERFORMANCE CHARACTERISTICS

The following results have been obtained using an automatic analyser Hitachi. Results may vary if a different instrument or a manual procedure is used.

#### ▪ LOQ: 0.685 mg/dl

#### ▪ Linearity: up to 350 mg/dl.

#### ▪ Interferences:

Hemoglobin up to 0.32 g/dl, bilirubin up to 29.5 mg/dl, triglycerides up to 1669.5 mg/dl, heparin up to 0.5 g/l, sodium fluoride up to 4 g/l, EDTA up to 5 g/l, sodium citrate up to 5 g/l do not interfere with the test.

#### ▪ Precision

Repeatability (run to run) n = 30	Mean [mg/dl]	SD [mg/dl]	CV [%]
level 1	58.3	0.65	1.12
level 2	117.7	1.01	0.85
level 3	176.7	1.97	1.11
Reproducibility (day to day) n = 66	Mean [mg/dl]	SD [mg/dl]	CV [%]
level 1	59.3	0.96	1.61
level 2	117.9	1.48	1.25
level 3	177.2	2.82	1.59

#### ▪ Method comparison

A comparison between CORMAY reagent (y) and commercially available assay (x) using at least 30 samples gave following results:

$$y = 1.05x - 0.02 \text{ mg/dl};$$

$$R = 0.994 \quad (\text{R} - \text{correlation coefficient})$$

### WASTE MANAGEMENT

Please refer to local legal requirements.

### LITERATURE

1. Pesce A.J., Kaplan L.A.: Methods in Clinical Chemistry, 962-965, (1996).
2. Bergstrom, K. & Lefvert, A.K.: Scand.J.clin.Lab.Invest. 40 (1980) 637.
3. Alan H.B. Wu, ed.: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. W.B. Saunders Company., 138, (2006).
4. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, W.B. Saunders, Philadelphia, (1994).
5. Roitt, I.: Essential Immunology, Blackwell, Oxford, (1991).
6. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations & Stability of blood, plasma and serum samples. Publication WHO/DIL/LAB/99.1 Rev. 2. Jan. 2002.

Date of issue: 10.2020



## A-400 ALPHA 1-ANTITRYPSIN

Кат.№ 7-422 (RUS)

### ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Диагностический набор для определения концентрации  $\alpha$  1-антитрипсина. Набор предназначен для использования в автоматическом анализаторе BS-400. Реагенты должны использоваться только для диагностики *in vitro*, квалифицированным лабораторным персоналом, в целях, для которых они предназначены, в соответствующих лабораторных условиях.

### ВВЕДЕНИЕ

$\alpha$  1-антитрипсин является белком острой фазы, проявляющим анти-протеазную активность. Главная функция этого белка состоит в нейтрализации лизосомной эластазы, выделяемой при фагоцитозе полиморфными лейкоцитами. Наследственный дефицит белка ассоциируется с заболеваниями легких и печени. Так, низкие уровни наблюдаются при синдроме неонатального респираторного дистресса и при некоторых расстройствах с потерей белка. Повышенные уровни встречаются более часто, в особенности при острой фазе.

### ПРИНЦИП МЕТОДА

$\alpha$  1-антитрипсин, присутствующий в пробе, образует со специфичными антителами иммунологический комплекс. Увеличение абсорбции после добавления антисыворотки, пропорционально концентрации  $\alpha$  1-антитрипсина в пробе.

### РЕАГЕНТЫ

#### Состав набора

1-Reagent	1 x 32,5 мл
2-Reagent	1 x 8,5 мл

Буфер (1-Reagent) и антисыворотка (2-Reagent) при 2-8°C сохраняют стабильность в течение всего срока годности, указанного на упаковке.

### Компоненты в реагенте

**1-Reagent:** буфер TRIS, полимер, неорганическая соль, консервант.

**2-Reagent:** антисыворотка к  $\alpha$  1-антитрипсину человека человека, буфер, неорганическая соль, консервант.

### Предостережения и примечания

- Предохранять от прямых солнечных лучей и загрязнения!
- Реагенты должны быть закрыты.
- Не замораживать реагенты.
- Наночастицы, присутствующие в реагенте, могут со временем осесть на дно контейнера. При необходимости размешайте реагент, осторожно поворачивая.
- Продукты человеческого происхождения были протестированы на наличие антигена вируса гепатита В (HBsAg) и антитела к ВИЧ 1, ВИЧ 2 и гепатиту С (HCV), и оказались нереактивными.

Тем не менее, с ними необходимо обращаться как с потенциально биологически опасным материалом с соблюдением всех необходимых мер предосторожности!

- Внимательно прочтите паспорт безопасности химической продукции (MSDS), который содержит подробную информацию о правилах безопасного хранения и использования товара.

### БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ<sup>3</sup>

Сыворотка или плазма отобранная с антикоагулянтом EDTA.

Пробы можно хранить до 24 часов при 20-25°C, или до 7 суток при 4-8°C. Замороженные пробы при -70°C могут храниться до 3 месяцев.

Тем не менее, рекомендуется производить исследования на свежевзятом биологическом материале!

### ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1-Reagent и 2-Reagent готовы к использованию.

В качестве бланк-реагента рекомендуется использовать 0,9% NaCl.

### РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ<sup>3</sup>

	мг / дл	г/л
новорожденные	145 - 270	1,45 - 2,70
взрослые	78 - 200	0,78 - 2,00
> 60 лет	115 - 200	1,15 - 2,00

Каждой лаборатории рекомендуется разработать собственные нормы, характерные для обследуемого контингента.

### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для внутреннего контроля качества рекомендуется использовать CORMAY IMMUNO-CONTROL III (Кат.№ 4-291) для каждой серии измерений.

Для калибровки автоматических анализаторов рекомендуется использовать CORMAY IMMUNO-MULTICAL (Кат.№ 4-287). В качестве 0-калибратора рекомендуется использовать 0,9% NaCl.

Калибровку рекомендуется проводить при каждой смене лота реагентов и в случае необходимости, напр. если результаты определения контрольных сывороток не попадают в референтный диапазон.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Данные метрологические характеристики были получены с использованием автоматического анализатора Hitachi. Результаты, полученные на других анализаторах и вручную, могут отличаться!

#### ▪ LOQ: 0,685 мг / дл

#### ▪ Линейность: до 350 мг / дл.

#### ▪ Интерференции:

Гемоглобин до 0,32 г/дл, билирубин до 29,5 мг/дл, триглицериды до 1669,5 мг/дл, гепарин до 0,5 г/л, фторид натрия до 4 г/л, ЭДТА до 5 г/л, цитрат натрия до 5 г/л не влияют на результаты определений.

### ■ Точность

Повторяемость (между сериями) n = 30	Средняя [мг / дл]	SD [мг / дл]	CV [%]
уровень 1	58,3	0,65	1,12
уровень 2	117,7	1,01	0,85
уровень 3	176,7	1,97	1,11
Воспроизводимость (из дня в день) n = 66	Средняя [мг / дл]	SD [мг / дл]	CV [%]
уровень 1	59,3	0,96	1,61
уровень 2	117,9	1,48	1,25
уровень 3	177,2	2,82	1,59

### ■ Сравнение метода

Сравнение результатов между реагентом CORMAY (y) и коммерчески доступным тестом (x) с использованием по крайней мере 30 проб дало следующие результаты:

$y = 1,05 x - 0,02$  мг/дл;

R = 0,994 (R – коэффициент корреляции)

### УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

В соответствии с локальными требованиями.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Pesce A.J., Kaplan L.A.: Methods in Clinical Chemistry., 962-965, (1996).
2. Bergstrom, K. & Lefvert, A.K.: Scand.J.clin.Lab.Invest. 40 (1980) 637.
3. Alan H.B. Wu, ed.: Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, 4th ed. W.B. Saunders Company., 138, (2006).
4. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, W.B. Saunders, Philadelphia, (1994).
5. Roitt, I.: Essential Immunology, Blackwell, Oxford, (1991).
6. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations & Stability of blood, plasma and serum samples. Publication WHO/DIL/LAB/99.1 Rev. 2. Jan. 2002.

Дата создания: 10.2020.

## A-400 ALPHA 1-ANTITRYPSIN

PROGRAM NA ANALIZATOR / APPLICATION for / АДАПТАЦИЯ:

- BS-400

<b>• Basic</b>					
<b>Test information</b>					
No.	44				
Test	AAT				
Full Name	Alpha 1-antitrypsin				
Std. No.	44				
<b>Reaction Parameters</b>					
Reac. Type	Endpoint				
Pri. Wave	340				
Sec. Wave	700				
<b>Judgment Criteria</b>					
Absorbance	0   0				
Incre. Test	Lin. Range   2000				
Decre. Test	Lin. Limit   Subs. Limit				
<b>Reagent Volume</b>					
R1	180				
R2	32				
R3					
R4					
<b>Sample Volume</b>					
Standard	3   15   10				
Increased	6   15   10				
Decreased					
<b>Result Setup</b>					
Decimal	0.01				
Unit	g/l				
Slope	1				
Inter	0				
<b>Direction</b>					
Rtg. Blank	Increase				
Reac. Time	41   42   76   77				
<b>Judgment Criteria</b>					
Q1	<input type="checkbox"/> Prozone				
PC	<input type="checkbox"/> Rate				
Q3	<input type="checkbox"/> Antigen				
ABS	<input type="checkbox"/> Q4				
Q4	<input type="checkbox"/> 0				
<b>• Calibration</b>					
<b>Calibration</b>					
Rule	Logit-Log 5P				
Replicate	1				
K					
<b>Judgment Criteria</b>					
Sensitivity	<input type="checkbox"/> Blank Abs.				
Factor Diff.	<input type="checkbox"/> Error Limit				
SD	<input type="checkbox"/> Corr. Coeff.				
<b>• QC</b>					
<b>Rules</b>					
<b>Westgard Multi-rule</b>					
v	1-2S	v	R-4S	Cum. Sum Check	Interval
v	1-3S	v	4-1S	1.0 - 2.7	
v	2-2S	v	10-X	• 1.0 - 3.0	
				0.5 - 5.1	
<b>Auto QC</b>					

Data wydania / Date of issue / Дата создания: 10.2020.