КОНТРОЛЬ РЕВМАТОИДНОГО ФАКТОРА

A00810, RF CONTROL

*Каталог. № : **A00810*** *Методика от **11-2012***
*Производитель: **Dialab, (Австрия)*** *Версия **02***

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com

Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

Жидкий контроль человеческого происхождения для использования в иммунотурбидиметрических анализах при определении Ревматоидного Фактора

Ссылка	Содержимое	
A00810	1 x 1 мл	Контроль РФ
A00811	1 x 5 мл	Контроль РФ

СОСТАВ
Контроль РФ является жидким разведением человеческой плазмы с высокими значениями РФ с PBS.
Азид натрия 0,095 %.

ПОДГОТОВКА
РФ Контроль жидкий и готов к использованию.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Хранение: при 2 – 8 °C
Стабильность: до окончания срока годности
Стабильность после вскрытия до 6 недель при 2 – 8 °C
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Используйте этот контроль в тот же способ, как требуется по отношению к реагенту и/или аппарату.
2. Позвольте контролю достичь комнатной температуры (при 22 – 28 °C) перед использованием.
3. Контроль не должен оставаться в течение длительных периодов времени (до 6 часов) при комнатной температуре. Держите неиспользуемые флаконы все время плотно закрытыми, чтобы избежать микробиологического загрязнения. Неиспользуемые флаконы храните в холодильнике.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
1. Для использования в in-Vitro диагностике.
2. Каждая отдельная порция донорской крови, использованная для изготовления белкового калибратора, оказалась нереактивной во время проверки утвержденными FDA методами на HbsAg, анти-HCV, анти-ВИЧ, и анти-ВИЧ 1+2. Поскольку нет возможности окончательно исключить передачу продуктами человеческой крови носителей инфекций, рекомендуется обращаться с этим материалом и всеми образцами пациентов, как со способными передавать инфекционные болезни.
3. С реагентами, содержащими азид натрия, обращаться с особой осторожностью: не глотать, избегать контакта с кожей или слизистыми! Азид натрия может формировать взрывчатые азиды при контакте с тяжелыми металлами, такими как медь или свинец.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
Согласно местным требованиям.

ДАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАРТИИ НАБОРА
Значения и срок годности зависят от ПАРТИИ набора.

Номер партии: C1046 Срок годности: 2016/10		
Параметр	**Полученное значение**	**Диапазон (мг/л)**
РФ	102 МЕд/мл	87.0 – 117 МЕд/мл
Совокупный Метод человеческий IgG основан на Стандартизации ВОЗ.		

© Перевод на русский язык ООО «ДИАМЕБ»