

УТВЕРЖДАЮ
Главный Государственный
санитарный врач
Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

«21» 09 2009 г.

№ 01-11/147-09



**ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
"ИФА-АНТИ-НВс-М-СКРИН"**

Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса Ig M к core-антигену вируса гепатита В

Состав набора:

Иммunoсорбент – рекомбинантный core-антиген вируса гепатита В, сорбированный на планшете полистироловом 96-луночном разборном;

Конъюгат (концентрат х 10), жидкий – моноклональные антитела мыши к иммуноглобулину класса IgM человека, конъюгированные с пероксидазой хрена;

К+ (контрольный положительный образец), жидкий – сыворотка крови человека, содержащая антитела класса IgM к HBcore-антигену и не содержащая HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С; инактивированная;

К- (контрольный отрицательный образец), жидкий – сыворотка крови человека, не содержащая HBsAg, антитела класса IgM к HBcore-антигену, антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С, инактивированная;

БР - блок-раствор для рабочего разведения сывороток и разведения концентрата конъюгата;

ПР (концентрат х 25) – промывочный раствор;

СБ - субстратный буферный раствор;

Взамен инструкции № 01-11/74-08 от 16.06.2008 г.

ТМБ - хромоген - 3,3',5,5'-тетраметилбензидин, жидкий;

Стоп-реагент – 0,75 М водный раствор серной кислоты.

Набор рассчитан на проведение 96 (один разборный планшет) определений, включая контрольные, предназначен для ручной постановки с возможностью дробного (по одному стрипу) использования набора или для одновременной постановки 96 определений на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа.

Описание реагентов набора:

Иммуносорбент – разборный 96-луночный полистироловый планшет с прозрачными бесцветными лунками;

Конъюгат (концентрат х 10) - прозрачная или слегка опалесцирующая синего цвета жидкость;

К+ (контрольный положительный образец) - прозрачная или слегка опалесцирующая красного цвета жидкость;

К- (контрольный отрицательный образец) - прозрачная или слегка опалесцирующая зеленого цвета жидкость;

БР (блок раствор) - прозрачная или слегка опалесцирующая жёлтого цвета жидкость, допустимо образование аморфного осадка, при встряхивании распадающегося и приводящего к помутнению раствора;

ПР (концентрат х 25) промывочный раствор - прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или светло-жёлтого цвета жидкость, допустимо образование кристаллического осадка, полностью растворяющегося при температуре от 35 до 39 °С и встряхивании;

СБ - прозрачная бесцветная жидкость;

ТМБ - прозрачная бесцветная жидкость;

Стоп-реагент - прозрачная бесцветная жидкость.

Назначение

Тест-система предназначена для выявления антител класса IgM к core-антителу вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови человека с целью ранней специфической диагностики инфекции.

Меры безопасности

Для изготовления контрольных образцов набора использованы термоинактивированные сыворотки. При работе с набором в лаборатории с исследуемыми образцами сывороток (плазмы) крови человека обращаться, как с потенциально инфекционным материалом: работать в резиновых перчатках, в спецодежде, не пипетировать ртом. Твёрдые отходы (использованные планшеты, наконечники к пипеткам, флаконы из-под реагентов, лабораторную посуду и т.д.) обеззараживать погружением в 6 % раствор перекиси водорода с 0,5 % синтетического моющего средства (СМС) или в 3 % раствор хлорамина Б, или иного разрешенного к применению дез. средства. Длительность дезактивации - не менее 1 ч. Твёрдые отходы можно обезвреживать автоклавированием в течение часа при температуре от 124 до 128 °С под давлением 1,5 кГс/см² (0,15 МПа). Жидкие отходы (промывные воды) обезвреживать добавлением сухого хлорамина Б из расчёта 30 г/л (длительность дезактивации – не менее 2 ч) или кипячением в течение 30 мин, или автоклавированием в течение 1 ч под давлением 1,5 кГс/см² (0,15 МПа) и температуре от 124 до 128 °С. Инструменты и оборудование до и после работы необходимо протирать 2 раза 70 % этиловым спиртом.

Способ применения:

Нельзя использовать реагенты из наборов разных серий или смешивать их в процессе приготовления растворов, а также использовать реагенты по истечении срока их годности!

Перед использованием все реагенты набора выдержать 30 мин при температуре от 18 до 24 °С. Внимание! Иммуносорбент необходимо выдержать в закрытом пакете во избежание конденсации влаги в лунках планшета.

Все растворы необходимо отбирать новыми одноразовыми наконечниками, не допускать касания жидкости в наконечнике краем дозатора!

Для отбора проб использовать калиброванные пипетки переменного объема (одно- и многоканальные) с погрешностью измерения не более 5 %.

Посуду для работы с субстратной смесью (ванночки, флаконы и т.д.) в случае повторного использования необходимо сразу после работы промыть 70 % раствором этилового спирта, а затем водой дистиллированной.

1. Перечень оборудования, материалов и реагентов, необходимых для постановки ИФА.

1. Спектрофотометр вертикального сканирования, позволяющий измерять оптическую плотность раствора в лунках планшета при длинах волн 450 нм и 620–680 нм.

2. Термостат.

3. Устройство для промывания планшетов (вощер).

4. Пипетки полуавтоматические одноканальные с изменяемым объемом отбора жидкостей: на 5–50 мкл; на 40–200 мкл; на 200–1000 мкл; на 1000–5000 мкл с наконечниками.

5. Пипетка полуавтоматическая восьмиканальная, позволяющая отбирать объемы жидкости до 300 мкл, с наконечниками.

6. Автоматический анализатор для иммуноферментного анализа открытого типа.

7. Вода дистиллированная.

8. Бумага фильтровальная лабораторная.

9. Перчатки медицинские.

2. Приготовление рабочих растворов.

Объёмы реагентов при проведении анализа на необходимом количестве стрипов приведены в таблицах № 1 и 2.

Таблица 1

Расход реагентов тест-системы на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа

Количество используемых стрипов	Рабочий промывочный раствор		Рабочий раствор коньюгата		СС	
	ПР (конц. х25) (мл)	Вода дистиллированная (мл)	Коньюгат (конц. х 10) (мл)	БР (мл)	ТМБ (мл)	СБ (мл)
12	40,0	960,0	1,3	11,7	1,2	12,0

Таблица 2

Расход реагентов в зависимости от количества используемых стрипов при ручной постановке ИФА

Количество используемых стрипов	Рабочий промывочный раствор		Рабочий раствор коньюгата		СС	
	ПР (конц. х25) (мл)	Вода дистиллированная (мл)	Коньюгат (конц. х 10) (мл)	БР (мл)	ТМБ (мл)	СБ (мл)
1	3,0	72,0	0,1	0,9	0,1	1,0
2	6,0	144,0	0,2	1,8	0,2	2,0
3	9,0	216,0	0,3	2,7	0,3	3,0
4	12,0	288,0	0,4	3,6	0,4	4,0
5	15,0	360,0	0,5	4,5	0,5	5,0
6	18,0	432,0	0,6	5,4	0,6	6,0
7	21,0	504,0	0,7	6,3	0,7	7,0
8	24,0	576,0	0,8	7,2	0,8	8,0
9	27,0	648,0	0,9	8,1	0,9	9,0
10	30,0	720,0	1,0	9,0	1,0	10,0
11	33,0	792,0	1,1	9,9	1,1	11,0
12	40,0	960,0	1,3	11,7	1,2	12,0

ПР - рабочий промывочный раствор. Содержимое флакона с концентратом промывочного раствора тщательно перемешать. Для приготовления рабочего промывочного раствора необходимое количество концентрата промывочного раствора отобрать в отдельную ёмкость и добавить соответствующее количество воды дистиллированной (согласно табл. № 1, 2). Полученный раствор тщательно перемешать.

Хранение: рабочий промывочный раствор хранить не более 3-х сут при температуре от 2 до 8 °С.

К- - контрольный отрицательный образец, готов к применению.

К+ - контрольный положительный образец, готов к применению.

БР (блок-раствор) – для разведения исследуемых образцов и концентрата конъюгата, готов к применению.

Конъюгат, рабочий раствор - готовить перед использованием.

Необходимое количество БР перенести в чистую емкость, добавить соответствующее количество тщательно перемешанного концентрата конъюгата (согласно табл. № 1, 2) и осторожно перемешать, не допуская вспенивания (интенсивное перемешивание не применять!).

ТМБ - хромоген - 3,3',5,5'-тетраметилбензидин для приготовления субстратной смеси, готов к применению. Перед использованием содержимое флакона тщательно перемешать.

СБ - субстратный буферный раствор для приготовления субстратной смеси, готов к применению. Перед использованием содержимое флакона тщательно перемешать.

СС - субстратная смесь, готовить перед использованием. Необходимый объем ТМБ развести соответствующим объемом СБ (согласно табл. № 1, 2), тщательно перемешать до полного растворения.

Хранение: допустимо хранение СС не более 10 ч в защищённом от света месте при температуре от 18 до 24 °С в химически чистых флаконах или специальной емкости, предназначенней для постановки ИФА на автоматических анализаторах для иммуноферментного анализа открытого типа.

Субстратная смесь должна быть бесцветной!

Стоп - реагент - готов к применению.

Хранение: после вскрытия флаконов, оставшиеся неиспользованными реагенты набора (ПР (концентрат x 25), конъюгат (концентрат x 10), К-, К+, БР,

СБ, ТМБ, стоп-реагент) хранить во флаконах, закрытых винтовыми крышками, на протяжении срока годности набора при температуре от 2 до 8 °C.

3. Подготовка исследуемых образцов.

Для исключения ложных результатов нельзя подвергать исследуемые образцы термоинактивированию, необходимо отбирать и хранить их в условиях, предотвращающих бактериальный рост. Каждый образец сыворотки следует отбирать новым наконечником! Отобранные образцы хранить не более 3 сут при температуре от 2 до 8 °C. Более длительное хранение допустимо при температуре не выше минус 20 °C (образцы могут подвергаться замораживанию и оттаиванию не более 1 раза). Исследование образцов с выраженным бактериальным ростом, гемолизом и гиперлипидемией не допускается, т. к. может дать неправильный результат. Образцы сыворотки (плазмы) крови, содержащие агрегаты или осадок, необходимо осветлять центрифугированием.

4. Проведение ИФА при ручной постановке.

Вскрыть фольгированный пакет с иммunoсорбентом, отступив 1,0 см от края пакета. Вынуть из пакета рамку и необходимое количество стрипов. Пакет с неиспользованными стрипами и силикагелем тщательно герметизировать. После первого вскрытия пакета иммunoсорбент стабилен в течение 1 мес. при температуре от 2 до 8 °C.

Перед использованием иммunoсорбент не промывать!

4.1. В две лунки стрипов планшета дозатором пипеточным внести по 50 мкл K+, в три лунки стрипов планшета внести по 50 мкл K-. В остальные лунки внести по 45 мкл блок-раствора и по 5 мкл исследуемых образцов сывороток, далее во все лунки внести по 100 мкл рабочего раствора конъюгата и содержимое лунок тщательно перемешать осторожным постукиванием по краю планшета. Планшет закрыть крышкой или защитной пленкой и выдержать в термостате 30 мин при температуре ($37,0 \pm 0,5$) °C.

4.2. По истечении указанного времени содержимое лунок удалить в ёмкость для сбора инфицированного материала (аккуратно, с помощью вошера или

многоканальной пипетки), планшет промыть 8 раз рабочим ПР, заливая его до краев лунок (от 380 до 400 мкл в лунку), выдерживая 40 с и удаляя промывочный раствор в ёмкость для сбора инфицированного материала.

4.3. Во все лунки стрипов внести по 100 мкл субстратной смеси и выдержать 30 мин при температуре от 18 до 24°C в защищенном от света месте.

4.4. Реакцию остановить добавлением в лунки по 50 мкл стоп-реагента и немедленно провести учет результатов.

5. Учет результатов.

Учет результатов провести спектрофотометрически при двух длинах волн – 450 нм и при референс-длине волны в диапазоне от 620 до 680 нм с настройкой прибора по «воздуху». Допустим учёт результатов при одной длине волны - 450 нм.

Реакцию учитывают, если значение ОП в лунке с K⁺ не менее 1,0, а среднее значение ОП в лунках с K⁻ не более 0,2.

Положительными считают образцы со значениями ОП, превышающими или равными критическому значению ОП (ОП крит.).

ОП крит. расчитывают по формуле:

$$\text{ОП крит.} = \text{ср. знач. ОП K}^- + A,$$

где A - коэффициент, определяемый методом статистической обработки результатов постановки ИФА на предприятии-изготовителе, величину которого указывают для каждой серии в инструкции по применению, вкладываемой в коробку с набором и в паспорте на серию данного препарата.

6. Проведение ИФА в автоматическом режиме на автоматическом анализаторе типа «TECAN Freedom EVOlyzer» производства фирмы «TECAN», Швейцария (возможна постановка на других моделях ИФА-анализаторов открытого типа).

1. Задают программу проведения ИФА и включают анализатор.
2. Приготовленный рабочий промывочный раствор заливают в предназначенную для него ёмкость (входящую в комплект к ИФА-анализатору), остальные

2. Приготовленный рабочий промывочный раствор заливают в предназначенную для него емкость (входящую в комплект к ИФА-анализатору), остальные рабочие растворы и реагенты помещают в специальные контейнеры или емкости. Флаконы с контрольными образцами К+ и К-, и флаконы или пробирки с образцами исследуемых сывороток в объеме не менее 300 мкл устанавливают в соответствующие штативы анализатора. В анализатор помещают необходимое количество планшетов. Далее постановку проводить в соответствии с инструкцией по применению ИФА-анализатора и программой проведения ИФА.
3. По окончании анализа прибор выдает протокол по результатам исследования, в котором дается характеристика каждого исследуемого образца и контрольных образцов К+ и К-.
4. Реакцию учитывают, если среднее значение оптической плотности (ОП) в лунках с К+ не менее 1,0, а среднее значение ОП растворов в лунках с К- - не более 0,2. Далее учет результатов проводить аналогично п.5.

Форма выпуска

Иммуносорбент	1 шт.
Конъюгат (концентрат х 10)	1,5 мл – 1 фл.
К+	1,0 мл – 1 фл.
К-	2,0 мл – 1 фл.
БР	20,0 мл – 1 фл.
ПР (концентрат х 25)	50,0 мл - 1 фл.
СБ	15,0 мл – 1 фл.
ТМБ	1,5 мл – 1 фл.
Стоп-реагент	25,0 мл – 1 фл.

Реагенты помещают в коробку картонную или пакет полиэтиленовый, куда вкладывают инструкцию по применению.

Дополнительно в комплект поставки могут быть включены:

- крышка к полистироловым 96-луночным планшетам или защитная пленка для ИФА планшетов – 1 шт;

- одноразовые наконечники – 16 шт;
- пластиковая ванночка для жидких реагентов – 2 шт;
- пластиковая скрепка для закрывания пакета с иммunoсорбентом или или пакет полиэтиленовый с замком zip-lock – 1 шт.

Срок годности. Условия транспортирования и хранения.

Срок годности набора - 12 мес.

По истечении срока годности набор использованию не подлежит.

Транспортирование наборов должно производиться при температуре от 2 до 8 °C. Допустимо транспортирование при температуре от 9 до 20 °C не более 10 сут. Замораживание не допускается.

Набор должен храниться в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8°C в течение всего срока годности.

Условие отпуска - для диагностики «*in vitro*». Только для лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений.

Рекламации на специфические и физические свойства препарата направлять в ФГУН ГИСК им. Л. А. Тарасевича Роспотребнадзора Россия, 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 41, тел.: (499) 241-39-22, факс: (499) 241-92-38 и предприятию-изготовителю - ООО «Научно производственное объединение «Диагностические системы» Россия, 603093, Нижний Новгород, ул. Яблоневая, 22, тел./факс: (831) 434-86-83 или тел.: (831) 434-97-12, 8-800-555-0300.

E-mail: info@npods.nnov.ru; www.npods.ru.

**Директор по производству
ООО «Научно-производственное объединение
«Диагностические системы»**



В.К. Пименов