НАБІР СТАНДАРТІВ НАТРІЮ (2 РІВНІ)

Sodium Standard Set (2 levels)

Кат. №: ***909680*** *Дата випуску інструкції:* ***16-04-2009***
Версія ***01***

Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

Стандарти для використання в тестах для кількісного in-Vitro визначення натрію в сироватці з використанням фотометричних систем

Кат. №	**Склад:**		
909680	**2 x 3 мл**	1 x 3 мл L1	Повний набір
		1 x 3 мл L2	

СКЛАД
Водний буферний розчин з хімікатами і консервантами рівня реагенту.

ПІДГОТОВКА СТАНДАРТУ
Стандарти знаходяться в рідкому стані і готові до використання.
Акуратно покрутити перед кожним використанням.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ СТАНДАРТУ
Зберігання: При температурі 2-8 °C
Стабільність: До закінчення терміну придатності
ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
Не застосовувати стандарти при видимому наявному забрудненні в пробірці.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
1. Продукт призначений тільки для використання in-Vitro.
2. Дотримуватись встановлених запобіжних заходів при роботі з лабораторними реагентами.
3. Помилкові результати можуть бути отримані при неналежному зберіганні або недотриманні процедури поводження з зразком і його тестування.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
Дотримуватися місцевих вимог по знищенню відходів.

ДАННІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ

Партія: LNS002140	**Термін придатності: 2017|10**	
Рівень	Партія	Задане значення (ммоль/л)
Рівень 1	LNS102140	110.2
Рівень 2	LNS202140	167.9

Значення і термін придатності характерні для кожної окремої партії.

ВИРОБНИК

Діалаб ГмбХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в І3 НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua