КОНТРОЛЬ ФІБРИНОГЕНУ

Fibrinogen Control

Каталог. №: ***A04825*** *Дата випуску інструкції:* ***2012/11***
Версія ***02***

Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Рідкий контроль на основі людської сироватки, призначений для використання в якості контролю в імунотурбідиметричних аналізах для Фібриногену

Кат. №	Вміст	
A04825	1 x 1 мл	Контроль Фібриногену (ліо.)

СКЛАД

Контроль Фібриногену Dialab – це ліофілізований препарат, стабілізованої буфером людської плазми, яка містить менше ніж 5 % бичачої плазми.
Азид натрію 0.095%

ПІДГОТОВКА

1. Розведіть Контроль Фібриногену 1 мл дистильованої або деіонізованої води.
2. Закрийте флакон і залишіть до повного розчинення (мінімум на 5 хвилин).
3. Обережно перемішайте, обертаючи або інвертуючи до повного розчинення. НЕ ТРЯСІТЬ.
4. Дозвольте збалансуватися протягом 30 хвилин перед використанням.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Зберігання: при температурі 2-8 °C
Стабільність: до закінчення терміну придатності
Стабільність після відкриття: 48 годин при температурі 2-8 °C
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

1. Використовуйте цей контроль таким же чином, як вказано по відношенню до реагенту і /або приладу, який використовується.
2. Дозвольте контролю досягнути кімнатної температури (22-28 °C) перед використанням.
3. Контроль не можна залишати протягом тривалого періоду часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Тримайте флакони весь час щільно закритими, щоб уникнути мікробного забруднення. Невикористовувані флакони зберігайте в холодильнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТРЕЖЕННЯ

1. Для використання в *in vitro* діагностиці.
2. Кожна окрема донорська одиниця використана для виготовлення білкового калібратора, була протестована на гепатит В поверхневий антиген (HbsAg), вірус анти-гепатит С (анти-HVC) і анти-ВІЛ 1 та ВІЛ- 2 за вимогами FDA. Оскільки, тестовий метод не може остаточно гарантувати, що продукти отримані з крові людини не містять вірусу ВІЛ-1/2, гепатиту В і Гепатиту С, цей матеріал та всі зразки пацієнта повинні оброблятися, так, ніби вони здатні передавати інфекційні хвороби.
3. Реагенти, які містять азид натрію потрібно обробляти з особливою обережністю: не ковтати, уникати контакту зі шкірою або слизовою! Азид натрію може утворювати вибухонебезпечні азиди при контакті з важкими металами, такими як мідь або свинець.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих правил.

ДАНІ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

Значення і термін придатності є специфічними для кожного лоту.

ЛОТ: C07023	**Термін придатності: 2017/06**	
Параметр	**Визначене значення**	**Діапазон**
Фібриноген	232.0 мг/дл	197.0 – 267.0 мг/дл
Значення простежуються до стандартизації Dade Behring.		

ВИРОБНИК

Діалаб ГмбХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в І3 НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua