НАБОР КОНТРОЛЕЙ

ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ NYCOCARD U-ALBUMIN РЕАГЕНТОВ И ТЕСТА

1114358, U-Albumin Control

Каталог. № : ***1114358*** *Методика от* ***09-2002***
Количество : ***96***
Производитель: ***Axis-Shield***
(Великобритания)

Основой при проведении анализа является оригинал инструкции на английском языке, вложенной в набор. Номер и дата версии оригинала и перевода инструкции должны совпадать.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

ООО «ДИАМЕБ»
ул.Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.com

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Назначение использования
Данный набор контролей состоит из 2 контрольных материалов на основе человеческой мочи и предназначен для проверки работы тест-системы NycoCard U-Albumin.

Содержимое набора
C+ / Положительный контроль 1 x 1,0 мл
Жидкая человеческая моча с азидом натрия (<0,1%)
C- / Отрицательный контроль 1 x 1,0 мл
Жидкая человеческая моча с азидом натрия (<0,1%)

Предупреждения и меры безопасности
- Только для использования в in-vitro диагностике.
- Контроль изготовлен из материалов человеческого происхождения, показавших отрицательные результаты при тестировании на HBsAg, антитела к гепатиту С и ВИЧ, тем не менее с ним следует обращаться как с потенциально инфицированным.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ХРАНЕНИЕ
Запечатанную оригинальную упаковку набора хранить при температуре 2-8 °C до истечения срока годности. Не допускать попадания прямого солнечного света и воздействия температур выше 25 °C. Не замораживать.

Неоткрытые C+/Положительный контроль и C-/Отрицательный контроль флаконы следует хранить при 2-8 °C. Контроль может быть однократно заморожен до –20 °C, при этом он стабилен в течение 12 недель.

Открытые C+/Положительный контроль и C-/Отрицательный контроль стабильны в течение 12 недель при 2-8 °C. При признаках микробной контаминации флакон следует выбросить.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТА
Контроли должны исследоваться так же, как пробы пациентов с использованием тест-системы NycoCard U-Albumin. Предварительной подготовки контрольного материала не требуется. Контроль можно исследовать холодным без приведения его к комнатной температуре. Следуйте инструкции к набору NycoCard U-Albumin.

ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Допустимый диапазон концентрации альбумина указана на этикетке флакона, измеренное значение должно находиться внутри данного интервала. Диапазон значений указан в соответствии с CRM 470 (референсный препарат IFCC/BCR/CAP).
Если результат измерения контроля выходит за пределы указанного диапазона, не следует анализировать образцы пациентов до разрешения проблемы (см. раздел Разрешение проблем в инструкции к набору NycoCard U-Albumin.

© Перевод на русский язык ООО «ДИАМЕБ»