

Vitrotest[®] Vitrotest Anti-Trichinella

Імуноферментна тест-система для виявлення
антитіл до *Trichinella spiralis*

Інструкція з використання

1. Призначення
 2. Клінічне значення
 3. Принцип аналізу
 4. Матеріали та обладнання
 5. Застереження та техніка безпеки
 6. Зберігання та стабільність
 7. Підготовка зразків
 8. Підготовка реагентів
 9. Процедура аналізу
 10. Облік результатів та їх інтерпретація
 11. Діагностичні характеристики тесту
 12. Обмеження аналізу
- Література
- Умовні позначення

IVD

Для in vitro діагностики

REF

TK067

«Vitrotest Anti-Trichinella»

Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл до *Trichinella spiralis*

1. Призначення

Імуноферментна тест-система «Vitrotest Anti-Trichinella» призначена для виявлення антитіл класів IgG та IgA до *Trichinella spiralis* у сироватці чи плазмі крові людини.

Тест-набір може бути застосований як для проведення ІФА з використанням автоматичних піпеток та стандартного обладнання, так і для постановки на автоматичному імуноферментному аналізаторі відкритого типу.

2. Клінічне значення

Трихінельоз — гельмінтооз, який спричиняється нематодою *Trichinella spiralis*. Трихінели – дрібні, майже ниткоподібні гельмінти, що вкриті поперечно-посмугованою кутикулою. Довжина статевозрілого самця складає 1,2-2мм, товщина – 0,04-0,05мм. Довжина статевозрілої самиці до запліднення 1,5-1,8мм, після запліднення збільшується до 4,4мм.

Зараження відбувається при вживанні м'яса, що містить живі інкапсульовані личинки трихінел. У процесі травлення під дією шлункового соку личинки звільняються з капсул, проникають до підслизового шару тонкого кишківника, закріплюються на слизовій оболонці, починають розмножуватися. Після запліднення самці ginуть, самиці через 2 доби після інвазії починають народжувати личинок, які через тканини слизової оболонки кишківника потрапляють в кровоносні та лімфатичні судини та розносяться по всьому організму, осаджуються в поперечносмугастій мускулатурі. Через 18-20 днів після зараження личинка у м'язах подовжується до 0,8 мм, досягає інвазійної стадії та починає згортатися у формі спіралі. В якості відповіді оточуючих тканин навколо личинки протягом 35-40 діб формується сполучнотканинна капсула, яка згодом імпрегнується солями кальцію, що призводить до зватніння. Личинки залишаються життєздатними багато років.

Інкубаційний період при трихінельозі людини триває 10-25 днів. Трихінели спочатку локалізуються у кишківнику. Протягом 1-2 днів після зараження з'являються такі симптоми, як нудота, печія, диспепсія, діарея, важкість яких залежить від ступеню ураження. Подальші симптоми та ступінь їх прояву залежить від локалізації паразита в різних частинах організму. Трихінельоз характеризується лихоманкою, міалгіями, набряком обличчя, шкірними висипами, еозинофілією крові, а за тяжкого протікання – ураженням внутрішніх органів та центральної нервової системи.

Трихінельоз не завжди розпізнається одразу, особливо у місцевості, де рідко зустрічається. Діагностика трихінельозу здійснюється на основі клінічної картини, епідеміологічного анамнезу, серологічних досліджень, як то: реакція зв'язування комплементу, реакція непрямої гемаглутинізації, імуноферментний аналіз. Останній метод рекомендовано Міжнародним Епізоотичним Бюро для серологічної діагностики трихінельозу.

Найбільш специфічним методом для підтвердження інвазії є виявлення антитіл класу IgG до антигенів трихінел у крові, які можуть визначатися в діапазоні від 2-3 до 4-6 тижнів з моменту вживання зараженого м'яса. Специфічні антитіла класу IgE присутні в крові на гострій стадії хвороби, однак, рідко виявляються, що пов'язано з коротким періодом їх циркуляції в кров'яному руслі. На початку клінічних проявів інвазії специфічні антитіла можуть взагалі не виявлятися. Тому при підозрі на трихінельоз та отриманні негативного результату дослідження проводять повторно через один-два тижні. Сероконверсія, зазвичай, відбувається протягом другого-п'ятого тижня інфікування і залежить від отриманої пацієнтом інфекційної дози. Оцінка динаміки антитілоутворення є досить інформативним критерієм ефективності проведеної терапії – при неефективній або відсточенній терапії специфічні антитіла виявляються роками (до 20 років), в разі ефективного лікування в перші два тижні після інфікування антитіла зникають протягом року.

3. Принцип аналізу

Виявлення антитіл до *Trichinella spiralis* в тест-системі «Vitrotest Anti-Trichinella» базується на принципі «непрямого» твердофазного імуноферментного аналізу (ІФА).

Твердою фазою в тест-системі є стрипований ІФА-планшет з попередньо засорбованими в лунках антигенами личинок *Trichinella spiralis*. Під час інкубації досліджуваних зразків в лунках ІФА-планшета відбувається зв'язування специфічних до *Trichinella spiralis* антитіл з антигеном на твердій фазі. Після відмивання незв'язаних компонентів в лунки додається кон'югат антивидових (специфічних до антитіл класу IgG та IgA) моноклональних антитіл з пероксидазою хрону, що зв'язується з імунними комплексами на твердій фазі. Незв'язані компоненти відмиваються. Візуалізація утворених імунних комплексів відбувається при внесенні в лунки розчину хромогену 3,3',5,5'-тетраметилбензидину (ТМБ). В результаті реакції розчин в лунках, де утворились імунні комплекси, забарвлюється в синій колір. Реакція зупиняється додаванням стоп-реагенту, при цьому синій колір забарвлених лунок змінюється на жовтий. Результат аналізу визначається на спектрофотометрі при довжині хвилі 450/620 нм.

4. Матеріали та обладнання

4.1 Склад набору

ІФА-планшет – 12 стріпів по 8 лунок (з можливістю відокремлення лунок), з іммобілізованими антигенами личинок *Trichinella spiralis*.

Позитивний контроль – 1 мікропробірка, що містить 0,3 мл розчину імуноглобулінів людини, специфічних до *Trichinella spiralis* (рожевий).

Негативний контроль – 1 мікропробірка, що містить 0,5 мл негативної сироватки крові людини (жовтий).

Розчин для розведення сироваток PPC – 1 флакон, що містить 12 мл буферного розчину з екстрактом молока, дегтергентом та консервантами (коричнево-зелений).

Розчин кон'югату РК – 1 флакон, що містить 12 мл буферного розчину моноклональних антитіл до IgG та IgA людини, кон'югованих з пероксидазою хрону, із стабілізаторами та консервантом (зелений). Готовий до використання.

Розчин ТМБ – 1 флакон, що містить 12 мл розчину ТМБ і перекису водню з стабілізатором та консервантом (безбарвний, готовий до використання).

Розчин для промивання Tw20 (20x) – 1 флакон, що містить 50 мл 20-ти кратного концентрату фосфатного буфера з Твіном-20 (безбарвний).

Стоп-реагент – 1 флакон, що містить 12 мл розчину 0,5 М сірчаної кислоти (безбарвний).

Клейка плівка – 2 аркуша плівки для заклеювання планшетів під час інкубації.

Бланк внесення проб – 1 аркуш для запису схеми внесення зразків.

Інструкція – 1 екземпляр інструкції з використання

4.2 Додаткові реактиви, матеріали та обладнання

Для постановки аналізу необхідні такі додаткові реактиви, матеріали та обладнання:

- деіонізована або дистильована вода;
- фільтрувальний папір;
- мірні циліндри на 10, 200 та 1000 мл;
- одноразові рукавички;
- розчин перекису водню 6%;
- одноразовий або чистий посуд для приготування реактивів (флакони та ванночки);
- таймер;
- одно- та багатоканальні автоматичні піпетки змінного об'єму на 20, 200 та 1000 мкл та наконечники до них;
- термостат на 37°C;
- контейнер для твердих відходів;
- контейнер для рідких відходів;
- ¹автоматичний або напівавтоматичний промивач планшетів (вошер);
- ²одно- або багатоканальний спектрофотометр (рідер) для мікропланшетів на 450/620-695 нм.

^{1,2}Будь ласка, проконсультуйтесь з нами щодо адаптації Вашого обладнання.

5. Застереження та техніка безпеки

5.1. Застереження:

– не використовуйте компоненти тест-системи після закінчення терміну придатності;

– не використовуйте під час аналізу та не змішуйте компоненти різних серій та компоненти із тест-систем різних нозологій;

– не використовуйте реагенти інших виробників у поєднанні з наборами Vitrotest™;

- Примітка: Допускається використання Розчину для промивання Tw20 (20x), Розчину ТМБ та Стоп-реагенту інших серій, які відрізняються від тих, що вкладені до тест-набору. Ці реагенти використовуються в інших тест-системах виробництва ТОВ „ІВК „Рамінтекс“. Будь ласка, проконсультуйтесь з нами для отримання детальної інформації.

- після використання реагенту закривайте кожен флакон своєю кришкою;
- чітко дотримуйтесь режиму промивання планшетів, вказаного в пунктах інструкції;
- під час промивання контролюйте наповнення та повну аспірацію розчину з лунок;
- кожного разу використовуйте новий наконечник піпетки для внесення зразків або реагентів;
- уникайте потрапляння прямих сонячних променів на реагенти тест-системи;

– розчин ТМБ має бути безбарвним або світло блакитним перед використанням. Якщо розчин забарвлений в синій або жовтий колір, його не можна використовувати. Уникайте контакту розчину ТМБ з металами або іонами металів. Для роботи використовуйте лише чистий, ретельно виполосканий дистильованою водою посуд;

– для внесення в лунки планшета ТМБ-субстрату використовуйте лише нові наконечники, що не були у використанні;

– ні в якому разі не використовуйте один й той же посуд для розчину кон'югату та хромогену.

5.2. Техніка безпеки:

- всі реагенти набору призначенні лише для *in vitro* діагностики;
- постановку аналізу проводити лише у гумових рукавичках;
- не піпетувати розчини ротом;
- контролі тест-системи «Vitrotest Anti-Trichinella» не містять HBsAg та антитіл до ВІЛ ½, ВГС, *Treponema pallidum*, однак, працювати із контролями та досліджуваними сироватками слід як із потенційно небезпечним інфекційним матеріалом;

- рідкі відходи слід інактивувати, наприклад, розчином перекису водню у кінцевій концентрації 6% упродовж 3 годин при кімнатній температурі, або гіпохлоритом натрію у кінцевій концентрації 5% протягом 30 хвилин, чи іншими дезінфікуючими агентами;
- тверді відходи слід інактивувати шляхом автоклавування при 121°C упродовж 1 години;
- не автоклавуйте розчини, що містять азид натрію або гіпохлорит натрію;
- слід уникати розбризкування розчинів ТМБ та стоп-реагенту, а також їх контакту із слизовими оболонками та шкірою;
- у разі розбризкування розчинів, що не містять кислоту (наприклад, сироваток), обробити поверхню 6%-м розчином перекису водню, а потім витерти насухо фільтрувальним папером.

6. Зберігання та стабільність

Реагенти тест-системи стабільні протягом строку придатності, вказаного на етикетці, за умови їх зберігання при 2-8°C.

Транспортувати набір при температурі 2-8°C. Допускається одноразове транспортування при температурі не вище 20°C протягом двох діб.

7. Підготовка зразків

Зразки сироватки чи плазми крові можна зберігати при температурі 2-8°C не більше 3 діб після забору. Допускається більш тривале зберігання зразків замороженими при температурі від -20 до -70°C. Заморожені зразки перед використанням розморожують та витримують при кімнатній температурі упродовж 30 хвилин. Після розморожування зразки слід перемішати задля досягнення однорідності. Уникайте повторного заморожування-відтаювання досліджуваних зразків. У разі помутніння сироватки (чи плазми) звільняються від нерозчинних включень центрифугуванням при 3000 об./хв. протягом 10-15 хвилин. Не використовуйте зразки сироваток із вираженою ліпідемією, гемолізом, а також бактерійним проростом.

8. Підготовка реагентів

Дуже важливо витримати всі реагенти тест-системи «*Vitrotest Anti-Trichinella*» при кімнатній температурі 18-25°C протягом 30 хвилин перед використанням.

8.1. Підготовка ІФА-планшета

Для попередження конденсації води в лунках відкривайте ІФА-планшет лише після витримування 30 хвилин при кімнатній температурі. Розкрийте вакуумну упаковку, відокремте необхідну кількість лунок, а решту відразу ж ретельно упакуйте та зберігайте щільно закритим на замок (zip-lock) при температурі 2-8°C. Зберігання в такий спосіб упакованого планшета забезпечує його стабільність протягом 3 місяців.

8.2. Розчин для промивання

Флакон містить 50 мл 20x концентрату буферу з детергентом. Для приготування розчину для промивання розведіть концентрат 1:20 (тобто, 1+19) дистильованою або деіонізованою водою, потім перемішайте. Наприклад: на 4 мл концентрату – 76 мл дистильованої води, що достатньо для одного стрипу. У випадку наявності кристалів в концентраті розчину для промивання прогрійте флакон при 37°C протягом 15-20 хвилин.

Розведений розчин можна зберігати при температурі 2-8°C не більше 7 діб.

9. Процедура аналізу

9.1. Підготувати необхідну кількість лунок для аналізу (кількість досліджуваних зразків та чотири лунки для контролів), вставити їх в рамку ІФА-планшета. Лунки з контролями обов'язково включати доожної постановки аналізу.

9.2. Заповнити бланк внесення проб.

9.3. Приготувати розчин для промивання згідно пункту 8.2.

9.4. В лунки стрипів внести по 90 мкл розчину для розведення сироваток.

9.5. Внести в лунки по 10 мкл контролів та досліджуваних зразків: в лунку A1 – позитивний контроль, в лунки B1, C1 та D1 – негативний контроль. В решту лунок – досліджувані зразки. Під час внесення сироваток та контролів обережно піпетуйте суміш – відбувається зміна кольору розчину для розведення сироваток з коричнево-зеленого на синій.

9.6. Заклеїти стрипи клейкою плівкою та інкубувати протягом 30 хвилин при 37°C.

9.7. По закінченні інкубації обережно зняти клейку плівку та промити лунки п'ять разів з використанням автоматичного промивача або 8-канальної піпетки наступним чином:

- видалити вміст лунок в контейнер для рідких відходів;
- наповнити лунки стрипів не менш ніж по 300 мкл розчином для промивання, залишити не менш як на 30 секунд;
- аспірувати розчин з лунок, залишковий об'єм розчину після аспірації на всіх етапах промивання має складати не більше 5 мкл;
- повторити процедуру промивання ще чотири рази;
- після останньої аспірації позбавитись зайвої вологи, постукуючи планшетом по фільтрувальному паперу.

9.8. В лунки стріпів внести по 100 мкл розчину кон'югату. Стрипи накрити новою клейкою плівкою та інкубувати протягом 30 хвилин при 37°C.

9.9. По закінченні інкубації обережно зняти клейку плівку та промити лунки п'ять разів, як описано в пункті 9.7.

9.10. «Розчин ТМБ» є готовим для використання розчином ТМБ-субстрату з перекисом водню. Розчин ТМБ має бути безбарвним, слід запобігати потраплянню сонячного проміння на розчин. Вносити розчин ТМБ слід чистим новим наконечником: обережно відібрать розчин ТМБ з флакону і, не торкаючись дна та стінок лунок планшета, внести по 100мкл розчину ТМБ в лунки.

9.11. Інкубувати IFA-планшет протягом 30 хвилин в темному місці при кімнатній температурі 18-25°C.

9.12. Для зупинення ферментативної реакції внести в лунки стріпів по 100 мкл стоп-реагенту, дотримуючись тієї ж послідовності, що і при внесенні розчину ТМБ.

9.13. Виміряти на рідері оптичну густину в кожній лунці стріпів при довжині хвилі 450/620 нм протягом 5 хвилин після зупинення реакції. Зверніть увагу на чистоту зовнішньої поверхні дна лунок.

Облік результатів аналізу можна проводити в однохвильовому режимі при довжині хвилі 450 нм, в цьому випадку слід залишити лунку для встановлення бланку (в таку лунку вносити лише розчин ТМБ та стоп-реагент).

10. Облік результатів та їх інтерпретація

10.1. Достовірність результатів аналізу:

Розрахувати середнє значення негативного контролю

$$OG\ K_{\text{середнє}} = (OG\ K_{-1} + OG\ K_{-2} + OG\ K_{-3})/3.$$

Результати аналізу вважати достовірними, якщо:

– оптична густина (ОГ) позитивного контролю не нижче 0,8 оптичних одиниць (ОО),

– ОГ в лунках з негативним контролем (OG K-) не вище 0,15 ОО.

– оптична густина кожного значення негативного контролю відрізняється не більше ніж в два рази від середнього значення негативного контролю, тобто

$$OG\ K_{\text{середнє}} \times 0,5 \leq OG\ K_{-n} \leq OG\ K_{\text{середнє}} \times 2,0.$$

Якщо одне із значень негативного контролю виходить за межі цього інтервалу, його відкидають і розраховують середнє значення K- за рештою значень негативного контролю.

10.2. Облік результатів аналізу.

Рівень граничного значення (Cut off) розрахувати, додаючи до середнього значення негативного контролю величину 0,3, тобто

$$\text{Границе значення} = OG\ K_{\text{середнє}} + 0,3.$$

Для кожного досліджуваного зразка розрахувати індекс позитивності (ІП)

$$IP = \frac{OG \text{ досліджуваного зразка}}{\text{Границе значення}}.$$

10.3. Інтерпретація результатів

Досліджувані зразки із значенням IP вище 1,1 вважати позитивними (IP > 1,1).

Зразки із значенням IP нижче 0,9 вважати негативними (IP < 0,9).

Зразки із значенням IP в межах 0,9-1,1 вважати невизначеними (0,9 ≤ IP ≤ 1,1). Такі сироватки рекомендується дослідити повторно в двох лунках тест-системи. Якщо результати знову будуть в межах невизначених, слід провести тестування сироватки, отриманої через 2-4 тижні. У разі одержання невизначених результатів вважати, що сироватка не містить специфічних до *Trichinella spiralis* антитіл.

11. Діагностичні характеристики тесту

11.1. Специфічність та чутливість

Чутливість тест-системи «Vitrotest Anti-Trichinella» оцінювали за допомогою панелі охарактеризованих сироваток, що складається з 71 зразків сироваток крові людини, що містять антитіла до *Trichinella spiralis* (сироватки були попередньо перевірені в іншій комерційній тест-системі для виявлення антитіл класу IgG до *Trichinella spiralis*). В тест-системі «Vitrotest Anti-Trichinella» 67 сироваток були визначені позитивними. При дослідженні 152 негативних на антитіла до *Trichinella spiralis* сироваток показник специфічності становив більше 98%.

11.2. Точність

Відтворюваність результатів в межах однієї постановки аналізу (*Intra assay reproducibility*)

Коефіцієнт варіації (CV) для двох сироваток з різним рівнем специфічних антитіл оцінювали в 32 повторах на двох серіях тест-систем.

№ сироватки	IП	CV ₁ , %	CV ₂ , %
009	2,1	4,3	3,2
034	6,5	5,4	4,5

Відтворюваність результатів між різними постановками аналізу (*Inter assay reproducibility*)

Коефіцієнт варіації (CV) для двох сироваток з різним рівнем специфічних антитіл оцінювали протягом трьох днів в трьох постановках аналізу по 8 повторів в кожному аналізі.

№ сироватки	IП	CV, %
009	2,0	3,7
034	6,6	5,1

12. Обмеження аналізу

Позитивний результат в тест-системі «Vitrotest Anti-Trichinella» є свідченням наявності у пацієнта антитіл класу IgG та/або IgA, специфічних до *Trichinella spiralis*. Наявність антитіл цього класу у новонароджених не є доказом інвазії *Trichinella spiralis*.

Невизначені результати можуть свідчити про інвазії *Trichinella spiralis* в анамнезі.

Негативний результат у тест-системі «Vitrotest Anti-Trichinella» свідчить про відсутність у сироватці крові обстежуваної людини антитіл, специфічних до *Trichinella spiralis*, або концентрація специфічних антитіл нижче межі чутливості аналізу. Специфічні антитіла можуть не виявлятись на початку клінічних проявів інвазії. В такому випадку рекомендується повторно через один-два тижні отримати та перевірити зразки сироваток від пацієнтів з клінічними ознаками трихінельозу.

Остаточний діагноз не може бути встановлений лише на підставі результатів серологічного тесту. При встановленні діагнозу слід враховувати результати комплексу лабораторних та інструментальних досліджень, а також клінічні прояви захворювання. Не можна повністю виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших гельмінтів. Для виключення хибнопозитивного результату рекомендується проводити верифікаційне дослідження позитивних зразків методом імуноблотингу.

Література

- Гельмінтоzy человека // Медицинская микробиология / Гл. ред. В.И. Покровский, О.К.Позеев – М.: ГЭОТАР Медицина, 1998. – С. 942-986.
- Руководство по инфекционным болезням с атласом инфекционной патологии. Под редакцией Ю.В. Лобзина, С.С. Козлова, А.Н. Ускова. – СПб, 2000.
- Dupou-Camet J. Trichinellosis: a worldwide zoonosis. // Vet Parasit. - 2000. - V.93 - p.191-200.
- Dupouy-Camet, J. and Bruschi, F. Management and diagnosis of human trichinellosis. In, (Dupouy-Camet, J and Murrell, K.D. eds.), FAO/WHO/OIE Guidelines for the Surveillance, Management, Prevention and Control of Trichinellosis, Rome, - 2007. - p. 37-68.
- Gamble HR, Pozio E, Bruschi F, Nockler K, Kapel CM, Gajadhar AA. International Commission on Trichinellosis: recommendations on the use of serological tests for the detection of *Trichinella* infection in animals and man. // Parasite. – 2004. - Mar; 11(1) – p.3-13.
- Gomes-Morales M.A., Ludovisi A., Amati A., et. al. Validation of an enzyme-linked Immunosorbent assay for diagnosis of human trichinellosis. // Clinical and Vaccine Immunology, - 2008. - Vol.15 No.11 - p.1723-1729.
- Murrell K.D., & Pozio E. Trichinellosis: the zoonosis that won't go quietly. // International Journal of Parasitology, - 2000. - 30 (12-13), - p.1339-49
- Kotula A.W., Sharar A., Paroczay E., Gamble H.R., Murrell K.D. & Douglass L. Infectivity of *Trichinella* from frozen pork. // Journal of Food Protection - 1990. – Vol.53 – p.571-573.

Умовні позначення

Інтерпретація умовних символів:

IVD	«Медичний виріб для діагностики <i>in vitro</i> »
LOT	«Код партії»
REF	«Номер за каталогом»
	«Дата виготовлення»
	«Використати до»
	«Температурне обмеження»
	«Містить достатньо для (n-) випробувань»
	«Берегти від прямих сонячних променів»
	«Увага, дивись інструкцію з використовування»
	«Виробник»
	«Ознайомлення з інструкціями для застосування»

З питаннями та побажаннями щодо роботи набору звертайтеся до виробника:



Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційно-виробнича компанія «Рамінтек»
03039 Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 7, оф. 227 (юридична адреса)
07300 м. Вишгород, Київська обл.. вул. Шолуденка, 19 (фактична адреса)
тел. +380 44 222-76-72

Схема проведення аналізу в тест-системі «Vitrotest Anti-Trichinella»

Витримати реагенти 30 хв. при 18-25°C

Приготувати розчин для промивання планшета, розвести 20x концентрат розчину для промивання *Tw20* очищеною водою 1:20 (тобто, 1+19). Наприклад, 4 мл розчину + 76 мл води

Заповнити бланк внесення проб для аналізу

В лунки планшета внести по 90 мкл розчину для розведення сироваток

Внести по 10 мкл контролів та досліджуваних зразків в лунки:

A1 – позитивний контроль,

B1, C1, D1 – негативний контроль,

E1 та решта лунок – досліджувані зразки

Під час внесення сироваток відбувається зміна кольору розчину в лунках з коричневого на синій

Заклеїти стріпи плівкою, інкубувати 30 хв. при 37°C

Промити лунки 5 разів

В лунки стрипів внести по 100 мкл розчину кон'югату (зелений)

Заклеїти стріпи плівкою, інкубувати 30 хв. при 37°C

Промити лунки 5 разів

В лунки стрипів внести по 100 мкл розчину ТМБ-субстрату

Інкубувати планшет 30 хв. в темряві при кімнатній температурі (18-25°C)

В лунки стрипів внести по 100 мкл стоп-реагенту

Вимірюти оптичну густину в лунках на спектрофотометрі при 450/620 нм

Розрахувати граничне значення (Γ_3) в тест-системі «Vitrotest Anti-Trichinella» за формулою:

$$\Gamma_3 = O\Gamma K_{\text{середнє}} + 0,3$$

Розрахувати індекс позитивності ($I\Pi$) для досліджуваних зразків: $I\Pi = \frac{O\Gamma \text{ досліджуваного зразка}}{\text{граничне значення}}$

Провести облік результатів аналізу згідно таблиці:

Значення $I\Pi$	Результат
$I\Pi_{\text{зразка}} > 1,1$	позитивний
$0,9 \leq I\Pi_{\text{зразка}} \leq 1,1$	невизначений
$I\Pi_{\text{зразка}} < 0,9$	негативний