



Набор ИФА для определения антител класса IgA к КАРДИОЛИПИНУ

Каталог. № :1493Z

Количество : 96

Производитель: DAI (США)

Методика от 26-04-2006

Внимание: основой при проведении анализа есть оригинал инструкции на английском языке.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА

Этап	(комнатная темп. 20-25°C)	Объем	Время инкубации
1	Разбавление образца 1:101 = 5 мкл / 500 мкл		
2	Промывочный буфер (3 раза)	350 мкл	
3	Разбавленные образцы, калибратор и контроли	100 мкл	30 минут
4	Промывочный буфер (3 раза)	350 мкл	
5	Ферментный коньюгат	100 мкл	30 минут
6	Промывочный буфер (3 раза)	350 мкл	
7	Хромогенный субстрат TMB	100 мкл	30 минут
8	Стоп раствор	100 мкл	
9	Считывание ОП при 450 нм		

НАЗВАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ИФА кардиолипина IgA компании «Диагностик Аутомейшн» предназначен для обнаружения и полуколичественного определения антител класса IgM к кардиолипину в человеческой сыворотке или плазме. Анализ предназначен для определения IgM антител в единичном образце. Результаты данного анализа должны использоваться как средства диагностики анти-фосфолипидного синдрома в пациентов с аутоиммунной болезнью.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ АНАЛИЗА

Аутоантитела к кардиолипину (ACA) часто обнаруживаются в пациентах с системной волчанкой (SLE). Их также находят в пациентах с другими аутоиммунными болезнями, также как и в некоторых людях без очевидных предыдущих предпосылающихся болезней. Было установлено, что повышенные уровни ACA в значительной степени связаны с наличием и венозного и артериального тромбоза, тромбоцитопении и рецидивной потери плода. Вместе с ACA или противосвертывающим средством волчанки антифосфолипидный синдром используется для описания пациентов, которые имеют эти клинические проявления.

ACA обнаруживаются в иммуноглобулине классов IgG, IgM и IgA. Определение IgM антител - ценный указатель в диагностике начала аутоиммунной болезни, в то время как IgG антитела обнаруживаются на прогрессивных стадиях проявленных аутоиммунных нарушений. ACA IgG хороший указатель соотношения с клиническим состоянием пациента при тромбозе, тромбоцитопении, потери плода и некоторых неврологических нарушениях. ACA IgA часто ассоциируются с IgG антителами. ACA IgA считаются имеющими большее соответствие при тромбозе и потере плода.

Анализ различных изотипов ACA с помощью ИФА помогает в диагностике анти-фосфолипидного синдрома в пациентах с волчанкой и связанными с ней нарушениями.

ПРИНЦИП АНАЛИЗА

Очищенные антигены кардиолипина нанесены на поверхность микролунок. Разбавленная сыворотка или плазма пациента и калибраторы вносятся в лунки. Специфические для антикардиолипина IgG антитела, если присутствуют, связываются с антигенами. Все несвязанные материалы вымываются. После добавления ферментного коньюгата он связывается с комплексом антигена-антитела. Избыточный ферментный коньюгат смывается, и добавляется хромогенный субстрат TMB. В определенное время катализическая реакция ферментного коньюгата останавливается. Интенсивность образовавшегося цвета пропорциональна количеству IgM специфичных антител в образце. Результаты

считываются на микролуночном считывателе сравниваются с калибраторами.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

- Хранить набор при 2-8°C.
- После вскрытия мешочка остальные лунки необходимо немедленно герметично закрыть в мешочек с высушивающими средствами. Рекомендуется использовать лунки в течении 30 дней.
- Реагенты стабильны до окончания срока годности набора.
- Не поддавать реагенты анализа влиянию тепла, солнца или сильного света во время хранения или использования.

СБОР И ОБРАЩЕНИЕ С ОБРАЗЦАМИ

- Соберите образцы крови и отделяйте сыворотку.
- Образцы могут храниться при 2-8°C до 7 дней или в замороженном виде до 6 месяцев. Избегать повторного размораживания и размораживания образца сыворотки.

ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

1. Микролуночные полоски: Лунки, покрытые антигеном кардиолипина.	12 x 8 лунок
2. Абсорбирующий раствор: черная крышка	50 мл/бутылка
3. Промывочный концентрат 10x.	100 мл/бутылка
4. Хромогенный раствор TMB: янтарная бутылка.	15 мл/бутылка
5. Ферментный коньюгат: раствор красного цвета.	12 мл/бутылка
6. Набор калибраторов (предварительно разбавленные 1:101): 6.3, 12.5, 25, 50, 100, 200 APL.	1.5 мл/флакон
7. Набор контролей (предварительно разбавленные 1:101): Отриц. и полож. контроли. Диапазоны указаны на каждой этикетке.	1.5 мл/флакон
8. Стоп раствор: 1,5 N раствор кислоты.	12 мл/бутылка

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Потенциально биологически опасные материалы: Калибраторы и контроли, содержащие компоненты человеческого происхождения, были протестированы одобренным FDA реагентами и оказались нереактивными к поверхностному антигену вируса гепатита В, также к ВИЧ антителу. Однако, поскольку не существует никакого метода, дающего полную уверенность в отсутствии ВИЧ, вируса гепатита В или других возбудителей инфекций, с этими реагентами необходимо обращаться с соблюдением 2 уровня биобезопасности.
- Не пипетировать ртом. Не курить, не принимать пищу и не пить в помещениях где используются образцы или реагенты набора.
- Компоненты данного набора предназначены для применения как целостной единицы. Нельзя перемешивать компоненты из разных партий.
- Данное изделие содержит компоненты, содержащие азид натрия. Азид натрия может реагировать с оловянными или медными стальными трубами, образуя взрывчатые азида металлов. При уничтожении промыть большим количеством воды.
- Чтобы предотвратить травму и химические ожоги, избегайте контакта с кожей и глазами или вдыхания и глатания следующих реагентов: ферментного коньюгата, хромогенного субстрата TMB и стоп раствора.

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

- Приготовить промывочный буфер 1x. Приготовить промывочный буфер путем добавления дистилированной или деионизированной воды к промывочному концентрату 10x до конечного объема 1 л.
- Привести все образцы и реагенты набора к комнатной температуре (20-25°C) и осторожно перемешать.

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

- Поместите желаемое количество покрытых полосок в держатель. Предварительно промойте покрытые лунки – повторите промывку 3 раза промывочным буфером.
- Проведите разбавления образцов 1:101, добавив 5 мкл образца к 500 мкл абсорбирующего раствора. Хорошо перемешать.

Не разбавлять 1:101 предварительно разбавленные калибраторы и контроли.

- Внесите в соответствующие лунки по 100 мкл разбавленных образцов, предварительно разбавленных калибраторов и контролей. Постучите по держателю, чтобы удалить воздушные пузырьки из жидкости и хорошо перемешать. Инкубировать в течение 30 минут при комнатной температуре.

4. Удалить жидкость из всех лунок. С помощью промывочного буфера повторить промывку 3 раза.
5. Внесите по 100 мкл ферментного конъюгата в каждую лунку и инкубируйте 30 минут при комнатной температуре.
6. Удалить ферментный конъюгат из всех лунок. С помощью промывочного буфера повторить промывку 3 раза.
7. Внесите 100 мкл хромогенного субстрата TMB в каждую лунку и инкубируйте 30 минут при комнатной температуре.
8. Добавить 100 мкл стоп раствора, чтобы остановить реакцию.

Перед считыванием убедитесь в отсутствии воздушных пузырьков в каждой лунке

9. Считайте ОП микролуночным считывателем при 450 нм.

ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Создайте калибровочную кривую построением ОП при 450 нм на оси ординат против концентрации значений калибратора APL на оси абсцисс на миллиметровке или логарифмическом графике.
2. Используя значения ОП каждого образца, определите концентрацию из калибровочной кривой.
3. Типичный пример:

Набор калибраторов	Кардиолипина IgA (APL)	ОП при 450 нм		Средн. ОП при 450	CO	% KB
Калибратор 1	6.3	0.104	0.094	0.099	0.007	7.142
Калибратор 2	12.5	0.209	0.220	0.215	0.008	3.626
Калибратор 3	25	0.436	0.497	0.467	0.043	9.246
Калибратор 4	50	0.750	0.761	0.756	0.008	1.030
Калибратор 5	100	1.494	1.300	1.397	0.137	9.820
Калибратор 6	200	2.535	2.460	2.498	0.053	2.123

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

1. Отрицательный и положительный контроль необходимо использовать в каждой партией анализируемых образцов и концентрация должны быть в пределах диапазона, указанного на их этикетках.
 2. Значение ОП 0 калибратора APL должно быть ниже 0.150 и значение ОП калибратора 200 FPL должно быть более 0,750.
- Из образцов человеческой сыворотки можно изготавливать дополнительные контроли и хранить при -20°C.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Отрицательный: < 10 AFPL

Низко положительный: 10 - 25 AFPL

Умеренно положительный: 26 - 40 AFPL

Высоко положительный: > 40 AFPL

ОЖИДАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ

1. Повышенные уровни АСА случайно, хотя нечасто, наблюдаются в здоровых людях. Однако, несколько аутоиммунных и инфекционных болезней могут приводить к переходному или хроническому увеличению АСА. Повышенные уровни АСА были зафиксированы при волчанке, ревматоидном артите, туберкулезе, синдроме Бехсфельда и других заболеваниях.
2. При исследовании нормального диапазона с использованием 80 образцов сывороток в норме среднее значение составило 1.9 APL, CO = 1.098 с диапазоном от 1 до 6 APL.
3. Рекомендуется, чтобы каждая лаборатория установила свои собственные нормальные и патологические диапазоны сыворотки АСА-IgA. Значения должны быть расценены только как пример.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

1. Как и в других серологических анализах, результаты этих анализов должны применяться вместе с информацией, располагаемой от клинической оценки и других диагностических процедур.
2. Хотя АСА ассоциируется с некоторыми проявлениями системной волчанки, клинические значение АСА при системной волчанке и других болезнях остается неизученным.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность, специфичность и точность:

С помощью данного набора и другого имеющегося в продаже набора ИФА были проанализированы 63 образца.

кардиолипина	Отриц.	31 (D)	10 (B)	42
IgA	Полож.	2 (C)	20 (A)	22
«Диагностик Аутомейшн»	Общее	33	30	63

Относительная чувствительность = A / (A+B) = 20 / (20+10) = 67 %

Относительная специфичность = D / (C+D) = 31 / (2 + 31) = 94 %

Совпадение = (A+D) / (A+B+C+D) = (20 + 31) / (20 + 10 + 2 + 31) = 51 / 63 = 81 %

Перекрестная реактивность:

1. Нет перекрестной реактивности с иммуноглобулинами АСА IgM и IgG.

2. Перекрестная реактивность относительно некоторых иммуноглобулинов как показано далее оказалась отрицательной.

Положительная DS DNA, ANA, РФ,

Положительная CMV, Toxo, HSV 1/2.

Положительная EBV, лихорадка, свинка, корь, Chlamydia T. и VZV.

Точность:

Среднее значение, CO, и % KB были рассчитаны в пределах и между анализами:

В пределах анализа	К-во	Среднее значение APL	CO	% KB
Сыворотка 1	8	25.9	3.0	11.6
Сыворотка 2	8	66.4	5.6	8.6
Сыворотка 3	8	105.0	5.7	5.4
Между анализами	К-во	Среднее значение APL	CO	% KB
Сыворотка 1	8	25.0	5.2	21.2
Сыворотка 2	8	68.4	10.4	15.2
Сыворотка 3	8	112.2	13.8	12.3

Литература:

(См. в оригинале инструкции).

Информация для заказа:

ЧМП «ДИАМЕБ»
Ул. Чорновола, 97, г. Ивано-Франковск, 76005
а/я 742

Тел.: (0342) 775122
Тел/факс: (0342) 775 612
E-mail: info@diameb.com

Референтный ИФА			
ИФА	Отриц.	Полож.	Общее