

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГАЛЕКТИНА-3

Кат. № : BMS279/2 / BMS279/2TEN
 Количество тестов : 96
 Производитель : Bender MedSystems GmbH, (Австрия)

Внимание: основой при проведении анализа является оригинал инструкции на англ. языке.

Методика от 14-08-2012
 Версия 23

Только для исследовательских целей
 Не для использования в диагностических или терапевтических
 процедурах

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный набор предназначен для количественного определения человеческого галектин-3 в супернатанте клеточных культур, человеческой сыворотке, плазме и других биологических жидкостях. **Набор предназначен только для исследовательских целей и не должен использоваться в рутинных диагностических процедурах.**

2. ВВЕДЕНИЕ

Галектин-3 это β -галактозид-связывающий белок с молекулярной массой 26 кДа, принадлежащий к семейству галектинов и состоящему из более чем десяти белков. Галектин-3 состоит из С-концевого углеводного распознавающего домена (CRD) и концевых аминокислотных tandemных повторов. Галектин-3 в норме распространен в эпителии многих органов и различных клетках воспалительного инфильтрата, включая макрофаги, а также в дендритных клетках и клетках Купфера. Экспрессия этого лектина повышается при воспалении, пролиферации клеток и дифференцировке клеток и при трансактивации вирусными протеинами. На его экспрессию также влияет неопластическая трансформация: повышение наблюдается при различных типах лимфом, раке щитовидной железы, хотя она может и снижаться при других типах злокачественных образований, например, при раке толстой кишки, молочной железы, яичников и шейки матки. Экспрессия галектин-3 строго коррелирует со степенью гистологической дедифференцировки и злокачественностю первичной опухоли мозга. Повышенные уровни галектин-3 также выявлены в участках человеческих атеросклеротических поражений. Эти находки свидетельствуют о том, что на экспрессию галектин-3 влияют эти физиологические и патологические процессы. Показано, что галектин-3 действует как внеклеточно, так и внутриклеточно. Он является компонентом гетерогенного ядерного рибонуклеарного белка (hnRNP), фактора сплайсинга пре-mRNA и показано, что он контролирует клеточный цикл и препятствует апоптозу Т-клеток путем взаимодействия с членами семейства Bcl-2. С другой стороны показано, что этот белок, секрецируемый моноцитами /макрофагами и эпителиальными клетками, функционирует как внеклеточная молекула при активации различных типов клеток, таких как моноциты/макрофаги, тучные клетки, нейтрофилы и лимфоциты. Показано, что галектин-3 опосредует межклеточные взаимодействия и взаимодействия клетки и межклеточного матрикса, и действует как новый хемоаттрактант для моноцитов и макрофагов.

3. ПРИНЦИП ТЕСТА

Антитела, специфичные к галектин-3, сорбированы в ячейках планшета.




Человеческий галектин-3 в образце или стандарте связывается с антителами в ячейках планшета. Добавляемый коньюгат Биотин-моноклональные анти-галектин-3 антитела связывают

галектин-3, захваченный первыми антителами.


□ - Стандарт или образец
 □ - биотиновый коньюгат

После инкубации и промывки из ячеек удаляется не связавшийся биотиновый коньюгат, и в ячейки добавляется коньюгат стрептавидин-пероксидаза, связывающий биотин, коньюгированный с галектин-3.



После второй инкубации и промывки из ячеек удаляется не связавшийся стрептавидиновый коньюгат, и в ячейки добавляется субстратный раствор, который взаимодействует с ферментным комплексом с образованием окрашенного раствора.

Интенсивность окраски, измеренная на длине волн 450 нм, прямо пропорциональна концентрации галектин-3, присутствующего в образцах. Концентрация галектин-3 в образцах определяется по стандартной кривой, построенной по 7 приготовленным разведениям стандарта.



4. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ РЕАГЕНТЫ

4.1 Реагенты в наборе Человеческий Галектин-3 ELISA BMS279/2 (96 тестов)

Микропланшет, покрытый моноклональными антителами к человеческому галектину-3	1 планшет
Коньюгат поликлональных анти-галектин-3 антител и биотина, 100 мкл	1 флакон
Коньюгат стрептавидина с пероксидазой хрена, 150 мкл	1 флакон
Стандарт галектин-3, лиофилизованный, 50 нг/мл до разведения	2 флакона
Промывающий раствор, концентрат 20x (PBS с 1% Tween 20), 50 мл	1 флакон
Разбавитель образцов, 12 мл	1 флакон
Концентрат Рабочего буфера 20x (PBS с 1% Tween 20 и 10 % BSA), 5 мл	1 флакон
Субстратный раствор (ТМБ), 15 мл	1 флакон
Стоп-раствор (1M фосфорная кислота), 15 мл	1 флакон
Голубой краситель, 0,4 мл	1 флакон
Зелёный краситель, 0,4 мл	1 флакон
Красный краситель, 0,4 мл	1 флакон
Плёнки для заклеивания стрипов	4

4.2 Реагенты в наборе Человеческий Галектин-3 ELISA BMS279/2TEN (10x96 тестов)

Микропланшет, покрытый моноклональными антителами к человеческому галектину-3	10 планшетов
Коньюгат поликлональных анти-галектин-3 антител и биотина, 100 мкл	10 флаконов
Коньюгат стрептавидина с пероксидазой хрена, 150 мкл	10 флаконов
Стандарт галектин-3, лиофилизованный, 50 нг/мл до разведения	10 флаконов
Промывающий раствор, концентрат 20x (PBS с 1% Tween 20), 50 мл	4 флакона
Разбавитель образцов, 12 мл	10 флаконов
Концентрат Рабочего буфера 20x (PBS с 1% Tween 20 и 10 % BSA), 5 мл	2 флакона
Субстратный раствор (ТМБ), 15 мл	10 флаконов
Стоп-раствор (1M фосфорная кислота), 15 мл	10 флаконов
Голубой краситель, 0,4 мл	6 флаконов
Зелёный краситель, 0,4 мл	6 флаконов
Красный краситель, 0,4 мл	6 флаконов

Плёнки для заклеивания стрипов

20

5. ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ – НАБОР ИФА

Храните компоненты набора при температуре 2-8°C. Сразу после использования верните реагенты в холодильник (2-8°C). Храните до даты, указанной на упаковке реагентов.

Только при соответствующем хранении и, если набор используется для нескольких постановок, исключении контаминации во время предыдущего использования, гарантируется качественная работа реагентов.

6. ЗАБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦА

Культура клеток супернатанта, сыворотка и плазма (EDTA) были протестированы с помощью этого анализа. Другие биологические образцы могут быть пригодны для использования в анализе. Отделить сыворотку или плазму от сгустка или клеток, как можно скорее после свертывания и разделения.

Обратите внимание на возможный «Хук-эффект» в связи с высокой концентрацией образца (см. раздел 11).

Образцы, содержащие видимый осадок, необходимо очистить перед использованием в анализе. Не используйте сильно гемолизированные или липемические образцы.

Образцы должны быть аликовитированы и должны храниться в замороженном виде при -20 °C, чтобы избежать потери биологически активного человеческого Галектина-3. Если образцы будут тестироваться в течение 24 часов, они могут храниться при температуре от 2 до 8 °C (стабильность образца указана в разделе 13.5). Добавление ингибиторов протеазы может обеспечить более высокую стабильность образцов.

Избегайте повторных циклов замораживания-оттаивания. Перед анализом замороженные образцы должны быть доведены до комнатной температуры медленно и осторожно перемешаны.

7. ТРЕБУЕМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Калиброванные пипетки на 5 мл и 10 мл
- Калиброванные пипетки одноканальные переменного объема с одноразовыми наконечниками на 5–1000 мкл
- Многоканальные пипетки с одноразовыми наконечниками на 50 –300 мкл
- Ванночка для реагентов для использования с многоканальной пипеткой
- Калиброванные стаканы и цилиндры, необходимые для приготовления реактивов
- Ручное или автоматическое промывающее устройство
- Микропланшетный ридер с фильтром на 450 нм и, по возможности, фильтром сравнения ≥ 620 нм
- Дистиллированная или деионизированная вода
- Миллиметровая бумага или программное обеспечение для обработки результатов (линейная регрессия)

8. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Все химикаты считать потенциально опасными. Рекомендуется использование данных реагентов только квалифицированным персоналом в лабораторных условиях. Использовать защитную одежду, очки и перчатки. Избегать контакта с глазами и кожей. В случае контакта, промыть с большим количеством воды.
2. Набор предназначен только для исследовательских целей и не должен использоваться в рутинных диагностических процедурах.
3. Не смешивайте разные лоты и реагенты из разных лотов.
4. Не используйте реагенты с истекшим сроком хранения.
5. Избегайте облучения реагентов сильным источником света во время хранения и инкубации.
6. Не пипетируйте ртом.
7. Нельзя есть или курить в месте, где хранятся реагенты и образцы или в месте, где проводится анализ.
8. Избегайте контакта реагентов с кожей и слизистыми.
9. При ручном методе анализа пользуйтесь латексными перчатками для защиты рук.
10. Избегайте контакта субстратного раствора с металлами и окислителями.
11. Избегайте разбрзгивания и образования аэрозолей.
12. Чтобы избежать микробного загрязнения или загрязнения реактивами и получения в результате недостоверных результатов, пользуйтесь одноразовыми наконечниками.
13. Используйте чистую, специально выделенную посуду для конъюгатов и субстратного раствора.
14. Загрязнение кислотой инактивирует конъюгат.
15. Для приготовления реактивов используйте дистиллированную или деионизированную воду.

16. Субстратный раствор должен иметь комнатную температуру перед использованием
17. Обеззараживайте после работы образцы, так как они могут быть инфицированы, предпочтительно автоклавированием не менее 1 часа при 121.5 °C
18. Жидкие отходы, не содержащие кислоту, и нейтрализованные необходимо смешать с раствором гипохлорита натрия таким образом, чтобы получился в итоге 1% раствор гипохлорита. Оставьте полученную смесь на 30 минут для эффективного обеззараживания. Жидкие отходы, содержащие кислоту, необходимо нейтрализовать до обеззараживания раствором гипохлорита натрия.

9. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ

Буферные концентраты привести к комнатной температуре и развести перед началом анализа.

Если в **Буферных концентратах** образовались кристаллы, аккуратно подогреть их до полного растворения.

9.1 Промывающий раствор (1 x)

Разбавьте 50 мл **концентрата** дистиллированной или деионизированной водой в мерном цилиндре до конечного объема 1,0 л. Перемешайте, избегая всепенивания.

Храните Промывающий раствор при 2-25 °C. Промывающий раствор стабилен 30 дней.

Промывающий раствор (1 x) также может быть приготовлен согласно следующей таблице:

Количество используемых стрипов	Концентрат Промывающего раствора, мл	Дистиллированная вода, мл
1-6	25	475
1-12	50	950

9.2 Рабочий буфер (1 x)

Хорошо перемешайте **концентрат Рабочего буфера**. Разбавьте 5,0 мл концентрата дистиллированной водой в мерном цилиндре до конечного объема 100,0 мл. Перемешайте, избегая всепенивания. Храните Разбавитель образцов при 2-8 °C. Разбавитель образцов стабилен 30 дней.

Рабочий буфер (1 x) также может быть приготовлен согласно следующей таблице:

Количество используемых стрипов	Концентрат Разбавителя образцов, мл	Дистиллированная вода, мл
1-6	2,5	47,5
1-12	5,0	95,0

9.3 Конъюгат биотина

Заметьте, что Конъюгат биотина должен быть использован в течение 30 минут после разведения.

Разбавьте **Концентрат Биотинового Конъюгата** Рабочим буфером (Реагент B) в соотношении 1:100 в чистой пластиковой посуде. Биотиновый конъюгат может быть приготовлен в необходимом количестве согласно приведенной ниже таблице.

Кол-во стрипов	Концентрат конъюгата, мл	Рабочий Буфер, мл
1-6	0,03	2,97
1-12	0,06	5,94

9.4 Стрептавидин-HPR

Заметьте, что Стрептавидин-HPR должен быть использован в течение 30 минут после разведения.

Разбавьте концентрат Конъюгата Рабочим буфером в соотношении 1:400 в чистой посуде.

Кол-во стрипов	Стрептавидин-HPR (мл)	Рабочий буфер(1x) (мл)
1-6	0.015	5.985
1-12	0.30	11.8970

9.5 Стандарт человеческого Галектина-3

Растворите лиофилизованный **Стандарт Галектина-3** в дистиллированной воде. Необходимый объем для растворения указан на этикетке флакона, содержащего стандарт. Оставить на 1-30 минут. Осторожно перемешивайте до полного растворения. Конечная концентрация полученного раствора составит 50 нг/мл.

Разведения стандарта могут производиться непосредственно на планшете (см. пункт 10c) или альтернативно в пробирках (см. Пункт 9.5.1).

9.5.1 Внешнее разведение Стандарта

Пометить 7 пробирок, одну для каждой точки стандарта. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7.

Затем подготовить серийные разведения 1:2 для стандартной кривой как указано ниже:

Пипетировать 225 мкл Разбавителя Образцов в каждую пробирку.


Пипетировать 225 мкл восстановленного стандарта (концентрация стандарта = 50 нг/мл) в первую пробирку, помеченную S1, и перемешать (концентрация стандарта 1 = 25 нг/мл).

Пипетировать 225 мкл этого раствора во вторую пробирку, помеченную S2, и тщательно перемешать перед следующим перемещением.

Повторить серийные разведения еще 5 раз, таким образом формируя точки стандартной кривой (См. рисунок ниже).

Разбавитель образцов служит в качестве бланка.

Переносить по 225 мкл



Восстановленный
Стандарт Человеческого
Галектина-3


Разбавитель
образцов
225 мкл

Удалить 225 мкл

Стряхните планшет на фильтровальной бумаге после последней промывки. Используйте стрипы немедленно после стряхивания или максимум через 15 минут при условии, что стрипы уложены на влажную фильтровальную бумагу в перевёрнутом виде. **Не позволяйте ячейкам высыхать!**

- c. **Разведение стандарта на планшете** (альтернативно разведение стандарта может быть приготовлено в пробирках): Добавить 100 мкл Разбавителя для образцов в дублях ко всем **стандартам**. Приготовьте стандартные разведения добавлением по 100 мкл разбавленного **Стандарта** (раздел «Приготовление реагентов» 9.5) в ячейки A1 и A2 в дублях (См. табл. 1). Перемешайте содержимое ячеек A1 и A2 и перенесите по 100 мкл раствора из ячеек A1 и A2 в ячейки B1 и B2 соответственно. Во время этих манипуляций постарайтесь не поцарапать внутреннюю поверхность ячеек. Повторите перенос и разведение стандартов 5 раз, получив в итоге 2 ряда разведений стандарта Галектина-3 в диапазоне от 25.00 до 0.39 нг/мл. Удалите и выбросите 100 мкл жидкости из последних ячеек (G1, G2).

Переносить по 100 мкл



Восстановленный
Стандарт Человеческого
Галектина-3

Разбавитель
образцов
100 мкл

Удалить 100 мкл

При **внешнем разведении стандарта** пипетировать 100 мкл этих разведений стандартов (S1-S2) в лунки для стандартов согласно таблице 1.

Таблица 1: Схема расположения образцов, бланка и стандартов на планшете.

	1	2	3	4
A	Ст #1 (25 нг/мл)	Ст #1 (25 нг/мл)	О 1	О 1
B	Ст #2 (12.50 нг/мл)	Ст #2 (12.50 нг/мл)	О 2	О 2
C	Ст #3 (6.25 нг/мл)	Ст #3 (6.25 нг/мл)	О 3	О 3
D	Ст #4 (3.13 нг/мл)	Ст #4 (3.13 нг/мл)	О 4	О 4
E	Ст #5 (1.56 нг/мл)	Ст #5 (1.56 нг/мл)	О 5	О 5
F	Ст #6 (0.78 нг/мл)	Ст #6 (0.78 нг/мл)	О 6	О 6
G	Ст #7 (0.39 нг/мл)	Ст #7 (0.39 нг/мл)	О 7	О 7
H	Бланк	Бланк	О 8	О 8

Ст – Стандарт, О – образец

- d. Внесите по 100 мкл **Разбавителя образцов** в дубликате в ячейки «Бланк».
- e. Внесите по 50 мкл **Разбавителя образцов** в ячейки, предназначенные для образцов.
- f. Внесите по 50 мкл каждого **образца** в дублях в соответствующие ячейки.
- g. Приготовьте **биотиновый конъюгат** (раздел «Приготовление реагентов»).
- h. Добавьте по 50 мкл **биотинового конъюгата** во все ячейки.
- i. Закройте планшет **плёнкой** и инкубируйте 2 часа при комнатной температуре (18–25°C), если возможно, используйте орбитальный встраиватель, установленный на 400 об/мин.
- j. Приготовьте **стрептавидиновый конъюгат** (раздел «Приготовление реагентов»).
- k. Снимите пленку. Полностью удалите содержимое ячеек аспирацией или декантацией (сливом). Промойте ячейки 4 раза как указано в шаге «с.» настоящего протокола. Переходите немедленно к следующему шагу.
- l. Внесите по 100 мкл разбавленного стрептавидинового конъюгата во все ячейки, включая бланк.
- m. Закройте планшет **плёнкой** и инкубируйте 1 час при комнатной температуре (18–25°C), если возможно, используйте орбитальный встраиватель, установленный на 400 об/мин.
- n. Снимите пленку. Полностью удалите содержимое ячеек аспирацией или декантацией (сливом). Промойте ячейки 3

1. Разбавитель образцов: перед разведением образцов добавьте **голубой краситель** в соотношении 1:250 (См. Таблицу) в рабочий раствор **Разбавителя образцов** (1x) и выполняйте дальше исследование, следуя инструкции.

5 мл Разбавителя образцов	20 мкл Голубого красителя
12 мл Разбавителя образцов	48 мкл Голубого красителя
50 мл Разбавителя образцов	200 мкл Голубого красителя

2. Коньюгат биотина: перед разведением концентрата биотинового коньюгата добавьте **зелёный краситель** в соотношении 1:100 (смотри таблицу) к Рабочему буферу, используемому для разведения коньюгата, окрашенный биотиновый коньюгат используйте согласно инструкции.

3 мл Рабочего буфера (1 x)	30 мкл Зелёного красителя
6 мл Рабочего буфера (1 x)	60 мкл Зелёного красителя

3. Коньюгат стрептавидина: перед разведением концентрата коньюгата стрептавидина с пероксидазой хрена добавьте **красный краситель** в соотношении 1:250 (смотри таблицу) к Рабочему буферу, используемому для разведения коньюгата, окрашенный стрептавидиновый коньюгат используйте согласно инструкции.

6 мл Рабочего буфера (1 x)	24 мкл Красного красителя
12 мл Рабочего буфера (1 x)	48 мкл Красного красителя

10. ПРОТОКОЛ АНАЛИЗА

a. Все реагенты и образцы перед началом анализа должны быть выдержаны при комнатной температуре. Жидкие реагенты тщательно перемешайте осторожным переворачиванием перед использованием, избегая образования пены.

Достаньте требуемое для проведения анализа число 8-луночных стрипов. Поместите требуемое количество стрипов в держатель (к необходимому числу ячеек для Образцов добавьте ячейки для Бланка, Стандартов и Контроля). Все Стандарты, Бланк и Образцы необходимо анализировать в дублях. **Неиспользованные стрипы** сразу уберите в пакет с осушителем и храните плотно закрытым при 2-8°C.

b. Промойте ячейки 2 раза 400 мкл **Промывочного Буфера**, полностью удаляя жидкость между промывками. Оставить на 10-15 секунд. Избегайте царапин на поверхности ячеек.

- раза как указано в шаге «с» настоящего протокола. Переходите немедленно к следующему шагу.
- Внесите по 100 мкл **Субстратного раствора ТМБ** во все ячейки.
 - Инкубируйте при комнатной температуре в темноте в течение примерно 10 минут. Время инкубации с субстратным раствором определяется типом используемого микропланшетного ридера. Многие ридеры способны считать оптическую плотность только до 2,0 Ед оптической плотности.

Для подобных фотометров реакция должна быть остановлена до достижения наиболее ярко окрашенными ячейками предела измерения инструмента.

Рекомендуется добавление стоп раствора, когда наивысший стандарт достиг темно-синего цвета. Реакция должна быть остановлена как только Стандарт 1 достиг значения ОП 0.9 – 0.95.

- Добавьте по 100 мкл **стоп-расслояния** во все ячейки, включая «Бланк», чтобы полностью инактивировать фермент в ячейках. Важно вносить стоп-реагент быстро и с той же скоростью, что и субстратный раствор. Оптическую плотность считать немедленно после внесения стоп-реагента или в течение 1 часа при условии, что стрипы находились всё это время при температуре 2-8 °C в темноте.
- Определите оптическую плотность всех ячеек при 450 нм против «Бланка», желательно использовать длину волны сравнения 620 нм (допустима длина волны сравнения в диапазоне 610-650 нм). Бланкируйте микропланшетный ридер согласно руководству производителя, используя ячейки «Бланк». Определите ОП как в ячейках, содержащих образцы, так и в ячейках, содержащих разведения стандарта Галектина-3.

Замечание: если инкубация проводилась без встряхивания, значения могут быть ниже, чем в примере, приведённом ниже. Тем не менее, эти результаты также считаются достоверными.

11. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Рассчитайте результаты. Для этого рассчитайте среднее значение поглощения для каждого стандарта и образца. Отклонение от среднего не должно быть более 20%.
- Используя графическую бумагу, отметьте точки считанных значений поглощения стандартов на вертикальную ось Y, а соответствующие концентрации Галектина-3 на горизонтальную ось X. Проведите оптимальную кривую по точкам.
- Определите концентрации Галектина-3 в образцах из стандартной кривой. Для этого найдите значение на оси ординат (Y) соответствующее среднему значению полученной для каждого образца ОП и проведите горизонтальную линию до пересечения со стандартной кривой. Затем из точки пересечения проведите вертикальную линию до пересечения с осью абсцисс (X). Значение на оси X в точке пересечения и будет соответствовать концентрации Галектина-3 в соответствующей пробе.
- **В ходе анализа, согласно данной инструкции, образцы были разведены 1:2, следовательно концентрации, полученные из калибровочной кривой, должны быть умножены на коэффициент разведения (x2).**
- **Замечание: расчёт образцов с оптической плотностью выше 2.0 может быть некорректен – результаты будут занижаться. Такие образцы необходимо дополнительного развести буфером для разведения и протестировать еще раз, для получения результата, отражающего точную концентрацию Галектина-3.**
- Подразумевается, что в каждую серию анализа включается контрольный образец с известной концентрацией Галектина-3. Если значения контроля не укладываются в ожидаемый диапазон, результаты анализа могут быть недостоверны.
- Пример стандартной кривой показан на Рисунке ниже. Не используйте эту стандартную кривую для расчёта ваших образцов. Стандартная кривая должна быть включена в каждую постановку.

Рисунок. Пример стандартной кривой для Галектина-3. Галектин-3 был разбавлен в серии двукратных последовательных шагов титрования Разбавителем образцов. Здесь представлены средние значения из трех параллельных титрований.

Не используйте эту стандартную кривую для расчёта ваших образцов. Стандартная кривая должна быть включена в каждую постановку.




Таблица: Типичные результаты, полученные с использованием данного набора.

Измерение на 450 нм, длина волны сравнения 620 нм.

Стандарт	Галектин-3, нг/мл	ОП (450 нм)	ОП, среднее	CV, %
1	25.00	3.214 3.176	3.195	0.6
2	12.50	1.779 1.585	1.681	5.7
3	6.25	0.818 0.736	0.777	5.3
4	3.13	0.313 0.262	0.287	8.8
5	1.56	0.168 0.169	0.169	0.2
6	0.78	0.088 0.082	0.085	3.4
7	0.39	0.056 0.054	0.055	1.5
Бланк	0.00	0.028 0.022	0.025	12.6

ОП, полученные для стандартов, могут меняться в зависимости от условий выполнения анализа (например, температурный режим).

Кроме того, на протяжении срока годности набора энзиматическая активность, и, следовательно, интенсивность окрашивания, могут изменяться. При этом результаты тестирования остаются достоверными.

12. ОГРАНИЧЕНИЯ

- Так как условия могут меняться от анализа к анализу, стандартная кривая должна быть включена в каждую серию анализа.
- Бактериальное или грибковое загрязнение образцов или реагентов может привести к недостоверным результатам.
- Используйте одноразовые наконечники.
- Стеклянная посуда должна быть тщательно вымыта.
- Неполная промывка негативно влияет на точность результатов. Полностью удалите Промывочный буфер из ячеек между циклами промывки. Не позволяйте ячейкам высыхать между шагами анализа.
- Использование радиоиммунотерапии значительно увеличило число пациентов с человеческими антимышьями IgG (HAMA). HAMA могут интерферировать в анализе, использующем мышиные моноклональные антитела, приводя к ложно положительным и ложно отрицательным результатам. Образцы сыворотки, содержащие антитела к мышевым иммуноглобулинам, могут быть проанализированы в случае, когда мышиные иммуноглобулины (сыворотка, асцитная жидкость или моноклональные антитела другой специфичности) добавляются к Разбавителю образцов.

13. РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

13.1 Чувствительность

Минимально определяемая концентрация Галектина-3, определенная как концентрация анализа, дающая ОП значительно выше чем буфер для разведения (среднее плюс 2 стандартных

отклонения), составила 0.12 нг/мл (среднее 6 независимых определений).

13.2 Воспроизводимость

13.2.1 Воспроизводимость внутри одной серии

Воспроизводимость внутри одной серии определялась в 3 независимых сериях анализа. В каждый серии анализа было выполнено по 6 определений каждого из 6 образцов сывороток, содержащих различные концентрации Галектина-3. В каждый планшет были включены по две стандартные кривые. В таблице приведены средние значения Галектина-3 и коэффициент вариации для каждого образца. Коэффициент вариации составил в среднем 6.4 %.

Таблица 3: Среднее значение концентрации и коэффициент вариации для каждого образца

Образец	Серия анализа	Концентрация галектина-3, (нг/мл)	Коэффициент вариации, (%)
1	1	12.38	14
	2	15.61	2
	3	11.81	5
2	1	1.88	10
	2	2.36	3
	3	2.60	5
3	1	1.52	5
	2	1.77	5
	3	1.49	6
4	1	17.23	8
	2	15.65	2
	3	16.89	3
5	1	1.74	13
	2	1.68	4
	3	1.65	10
6	1	3.87	9
	2	5.48	6
	3	5.59	5

13.2.2 Воспроизводимость между сериями

Воспроизводимость между сериями в одной лаборатории определялась в 3-х независимых сериях анализа. В каждый серии анализа было выполнено по 6 определений каждого из 6 образцов сыворотки, содержащих различные концентрации Галектина-3. В каждый планшет были включены по две стандартные кривые. В таблице приведены средние значения Галектина-3 и коэффициент вариации для каждого образца, рассчитанный из 18 определений каждого образца. Коэффициент вариации составил в среднем 11.4 %.

Таблица 3: Среднее значение концентрации и коэффициент вариации каждого образца

Образец	Концентрация, (нг/мл) галектина-3	Коэффициент вариации, (%)
1	13.27	15.5
2	2.28	16.0
3	1.59	9.7
4	16.59	5.0
5	1.69	3.0
6	4.98	19.4

13.3 Извлечение

Извлечение оценивали тестируя 4 образца пулированной человеческой сыворотки, обогащенные 4 разными уровнями Галектина-3 человека. Количество эндогенного Галектина-3 в не обогащенной сыворотке вычитали из значений, полученных для обогащенного образца. Извлечение составило в среднем 77%, в диапазоне от 73 % до 88 %.

13.4. Линейность

3 образца человеческой сыворотки, с различными уровнями Галектина-3, были проанализированы в сериях двукратных разведений, по 4 повтора каждого. В таблице приведены значения извлечения (% от ожидаемого значения). Показано, что извлечение в среднем составило 115 %, в диапазоне от 94% до 128 %.

Таблица 5

Образец	Разведение	Ожидаемая концентрация Галектина-3, нг/мл	Полученная концентрация Галектина-3, нг/мл	Восстановление ожидаемой концентрации Галектина-3, %
1	1:2	--	13.07	--
	1:4	6.54	8.35	127.7
	1:8	4.17	4.72	113.1
	1:16	2.36	2.66	112.8
2	1:2	--	4.10	--
	1:4	2.05	2.53	123.4
	1:8	1.27	1.19	93.8
	1:16	0.59	0.63	106.2
3	1:2	--	6.32	--
	1:4	3.16	4.05	128.2
	1:8	2.02	2.46	121.4
	1:16	1.23	1.36	111.0

13.5 Стабильность образцов

13.5.1 Стабильность при замораживании-размораживании

Аликвоты образцов сыворотки (обогащенные и нет) хранили при температуре -20°C, и оттаивали до 5 раз, после чего определяли уровни Галектина-3. Не наблюдалось значительных потерь иммунореактивности Галектина-3 после 5 повторных циклов замораживания/оттаивания.

13.5.2 Стабильность при хранении

Аликвоты образцов сыворотки (обогащенные и нет) хранились при температуре -20°C, 2-8°C, комнатной температуре (RT) и при 37°C в течение 24 часов, после чего определялись уровни Галектина-3. Не наблюдалось значительных потерь иммунореактивности Галектина-3 при хранении при всех перечисленных условиях.

13.6 Специфичность

Влияние циркулирующих факторов иммунной системы было оценено путем добавления к образцам с известной концентрацией Галектина-3 физиологически значимых количеств исследуемых факторов. Перекрестная реактивность не была выявлена ни с одним из исследованных факторов.

13.7 Ожидаемые значения

Уровень Галектина-3 был измерен в 16 образцах сыворотки и 10 образцах плазмы у здоровых доноров.

Обнаруженные уровни человеческого Галектина-3 в образцах сыворотки составили от 0,0 до 2,28 нг / мл, средний уровень 0,54 нг/мл.

Обнаруженные человеческие уровни Галектина-3 в образцах плазмы крови (ЭДТА) колебались между 4,67 и 10,30 нг/мл при среднем уровне 7,07 нг/мл.

15. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

15.1 Промывочный буфер (1 x)

Добавить Концентрат Промывочного буфера 20x (50 мл) в 950 мл дистиллированной воды.

Количество стрипов	Концентрат Рабочего буфера, мл	Дистиллированная вода, мл
1-6	25	475
1-12	50	950

15.2 Рабочий буфер (1 x)

Количество стрипов	Концентрат Рабочего буфера, мл	Дистиллированная вода, мл
1-6	2,5	47,5
1-12	5,0	95,0

15.3 Конъюгат биотиновый (1 x)

Приготовить разведение 1:100 согласно таблице:

Количество стрипов	Концентрат Биотинового конъюгата, мл	Рабочий буфер, мл
1-6	0,03	2,97
1-12	0,06	5,94

15.4 Конъюгат стрептавидиновый (1 x)

Количество стрипов	Концентрат стрептавидинового конъюгата, мл	Рабочий буфер, мл
1-6	0,015	5,985
1-12	0,030	11,970

15.5 Стандарт

Растворите лиофилизированный стандарт Рабочим буфером (точный объем стандартного раствора, который должен получиться в результате растворения, указан на этикетке флакона).

16. ПРОТОКОЛ ТЕСТА (КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ)

1. Промыть ячейки планшета дважды **Промывочным буфером**
2. Добавьте по 100 мкл **Разбавителя образцов** в ячейки, предназначенные для Стандартов (в дублях).
3. Приготовьте стандартные разведения на планшете: добавлением 100 мкл разбавленного Стандарта VE-кадгерина в ячейки A1 и A2, создайте разведения стандарта VE-кадгерина переносом по 100 мкл из ячейки в ячейку. Удалите и выбросите 100 мкл жидкости из последних ячеек (G1, G2). Альтернативное разведение стандарта в пробирках: пипетировать 100 мкл этих разведений стандарта в лунки.
4. Внесите по 100 мкл **Разбавителя образцов** в ячейки «Бланк».
5. Внесите по 50 мкл **Разбавителя образцов** в ячейки, предназначенные для образцов.
6. Внесите по 50 мкл каждого **образца** в соответствующие ячейки.
7. Приготовьте **биотиновый конъюгат.**
8. Добавьте по 50 мкл разбавленного **биотинового конъюгата**, готового для использования, во все ячейки, включая Бланк.
9. Закройте планшет плёнкой и инкубируйте 2 часа при комнатной температуре (18 – 25°C).
10. Приготовьте **стрептавидиновый конъюгат.**
11. Полностью удалите содержимое ячеек и промойте ячейки 3 раза **Промывочным буфером.**
12. Внесите по 100 мкл **стрептавидинового конъюгата** во все ячейки.
13. Закройте планшет плёнкой и инкубируйте 1 час при комнатной температуре (18 – 25°C).
14. Полностью удалите содержимое ячеек и промойте ячейки 3 раза **Промывочным буфером.**
15. Внесите по 100 мкл **Субстратного раствора ТМВ** во все ячейки, включая Бланк.
16. Инкубируйте при комнатной температуре примерно 10 минут.
17. Добавьте по 100 мкл **стоп-раствора** во все ячейки, включая Бланк.
18. Определите оптическую плотность ячеек при 450 нм против «Бланка», желательно использовать длину волны сравнения 610-650 нм.

Замечание: Для образцов, разбавленных согласно инструкции, умножьте результат, полученный по стандартной кривой на фактор разведения 2.

ЛИТЕРАТУРА

(См. в оригинал инструкции).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

ООО «ДИАМЕБ»
Ул. Чорновола, 97
г. Ивано-Франковск, 76005
Тел.: (0342) 775122
Тел/факс: (0342) 775612
E-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua