

КОНТРОЛЬНА СЕЧА DIACON URINE 2 РІВНІ

Diacon Urine Level 2

Кат. №: D08582VSV

Дата випуску інструкції: 2020-07-16

Версія 02



Основовою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Рідка універсальна контрольна сеча для застосування в контролі для визначення достовірності і точності аналізів для кількісного визначення *in vitro* різних аналітів на фотометричних системах.

Кат. №	Вміст		
D08582	12 x 5 мл	Рівень 2	Повний набір
D08582SV	1 x 5 мл	Рівень 2	Одиничний флакон
D08582VSV	1 x 5 мл	Рівень 2	Флакони без етикеток (OEM)

Тільки для діагностики *in vitro*.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Термін придатності	24 місяці від дати виробництва
Зберігання	2 - 8°C

ПРИЗНАЧЕННЯ

Рідка універсальна контрольна сеча для застосування в контролі для визначення достовірності і точності аналізів для кількісного визначення *in vitro* різних аналітів на фотометричних системах.

СКЛАД РЕАГЕНТУ

Diacon Urine Level 2 - це стабільна в рідині контрольна сеча людини. Diacon Urine Level 2 містить біологічний матеріал зазначеного походження: аміаза слизи людини, hCG, отриманий із сечі людини, та людський і бічачий сироватковий альбумін.

Концентрація біологічного матеріалу не перевищує максимальної, конкретної для партії цільового значення концентрації аналіту.

НЕОБХІДНИЙ МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ

- Аналізатор клінічної хімії.

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТУ

Контролі рідкі і готові до використання.

- Ретельно перемішати вміст флакона перед кожним використанням шляхом обережного перевертання протягом 5 хвилин.
- Відкрити флакон і перенести необхідну кількість контролю в чисту лунку.
- Замінити кришку відразу і зберігати флакон при температурі 2-8 °C.

За вказівками по експлуатації, будь ласка, дивіться інструкцію в упаковці реагенту.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання:	Закриті та відкриті пляшки з Diacon Urine Level 2 слід зберігати при температурі 2 – 8 °C.
-------------	--

Стабільність:

Закритий	до закінчення строку придатності
Відкритий	Що найменше до 3 місяців

Слід дотримуватися належного зберігання та поводження з цим продуктом.

Не заморожувати!

Підвищена каламутність та/або характерний запах вказують на зростання мікроорганізмів.

Утилізувати контроль при візуальній наявності мікробіологічного росту у флаконі.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Компоненти сечі Diacon Level 2, отримані з вихідного матеріалу людини, були визнані нереактивними при тестуванні із затвердженими методами на HBsAg, анти-ВІЛ 1 + 2 та анти-HCV. Оскільки, немає можливості однозначно виключити, що продукти, отримані від людського джерела, передають інфекційні агенти, рекомендується обробляти контроль,

дотримуючись тих же правил безпеки, що і при поводженні зі зразками пацієнтів.

- Diacon Urine Level 2 містить біологічний матеріал зазначеного походження. З контролями слід поводитися як із потенційно інфекційним та дотримуватися тих же правил безпеки, що і при поводженні зі зразками пацієнтів.
- Дивитися Паспорт безпеки та вжити необхідних заходів щодо використання калібраторів та контролів.
- Тільки для професійного використання!

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ

За вказівками по експлуатації, будь ласка, дивіться інструкцію в упаковці реагенту.

ЗНАЧЕННЯ ТА ДІАПАЗОНИ ПЕВНОЇ ПАРТІЇ НАБОРУ

Приписані цільові значення для цього контролю засновані на повторних аналізах репрезентативних зразків в лабораторіях при використанні цього виробу.

Значення і діапазони аналізу для кожного перерахованого аналізу взяті від використання реагентів Dialab або реагентів від інших виробників.

Значення були встановлені на апаратах і реагентах виробника, наявних на момент аналізу. Наступні зміни на апараті або реагенті можуть привести до втрати встановлених значень.

Прийнятні діапазони були розраховані як приписане значення \pm максимально допустиме відхилення одного значення відповідно до вказівок Федеральної медичної ради Німеччини (Rilibr&kgr;k) від 2003 року. Для аналітів, що не входять до списку Rilibr&kgr;k, діапазони даються як \pm 20% від цільового значення.

Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановлювала своє власне середнє значення для цього контролю.

Значення і термін придатності залежать від партії виробу.

Прохання, див. таблицю з даними певної партії виробу.

ОБМЕЖЕННЯ

Цільові значення можуть дещо змінюватися в залежності від різних реагентів та / або методологій, що застосовуються, особливо якщо не зазначено в таблиці значень. Перелічені значення аналізу є дійсними лише для відповідної партії.

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Посилатися на місцеві легальні вимоги по знищенню відходів.



ВИРОБНИК

Діалаб GmbH
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних пристрій в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондастрас, Обджект M55, 2351 Вінер-Нойдорф
Tel.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

